

'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE BASES

Fecha: 18/02/2016 Hora: 12:00 Hrs.

LPL 43068001-004-16 "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LPL 43068001-004-16 "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO"



En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 (doce horas) .del día 18/02/2016, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia del servidor público designado por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 fracciones I y II, de las bases que rigen la presente licitación. Para efectos de comprensión de la presente minuta, se debe entender el "glosario de términos y definiciones" descrito en las bases que rigen el presente "PROCESO", por lo anterior se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
 - a). Bienvenida
 - b). Mecánica de la sesión
 - c). Aclaraciones de la convocante
 - d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrado las empresas: DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. de C.V., LABORATORIOS LICOA S.A., S.A.S. SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. de C.V.

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

2. A El servidor público designado por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.

2. B Se procede a entregar un juego en copia a los LICITANTE que se registraron a la presente junta de las respuestas a las preguntas realizada por los interesados a participar que se recibieron en tiempo y forma como se estableció en el punto 2 y 6

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LPL 43068001-004-16 "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO"



fracciones I y II, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se encuentra en el expediente administrativo para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, las personas jurídicas que presentaron preguntas fueron: DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. de C.V., LABORATORIOS LICOA S.A. de C.V, S.A.S. SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. de C.V. y IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V., copias que se adjunta a la presenta acta.

2. C No hubo aclaraciones por la **CONVOCANTE**

2. D Se da por terminada la sesión, siendo las 12:50 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO

C. MARTÍN ÍÑIGUEZ GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PRESENTE

REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA

DRA. GUADALUPE BECERRA LEYVA
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
EN EL ESTADO DE JALISCO

REPRESENTANTE DE LA REPSSJAL

(INVITADO)

DR. PEDRO MÁRQUEZ BARBOSA

REPRESENTANTE DE GESTIÓN MÉDICA DEL
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD JALISCO

Fin del Acta.-----



Servicios de Salud Jalisco

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

LICITANTE: S.A.S. SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
1	SIN REFERENCIA	Debido a que en la convocatoria para la licitación LPL 43068001-004 -16, no se encuentra información acerca de participaciones conjuntas. Le solicitamos atentamente a la convocante si se permite el modelo de propuesta técnica y económica en participación conjunta para este procedimiento de licitación.	Respuesta: Si se permite.
2	SIN REFERENCIA	De ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante pueda definir qué puntos de deberán de cumplir. Favor de especificar	Respuesta: Anexo 6: Acreditación. Entregable No. 6: Original y Copia de Estados Financieros del ejercicio 2015, firmados por el contador que los emitió debiendo entregar copia certificada de la cedula profesional para cotejo y copia simple del contador. Entregable No. 13: Licencia municipal a nombre del PARTICIPANTE expedida en el estado de Jalisco.
3	SIN REFERENCIA	En caso de la aceptación de la participación conjunta se solicita de favor a la convocante otorgar el modelo del documento donde se establezcan los participantes de la participación conjunta. Favor de considerar.	El convenio de participación conjunta, debe ser celebrado entre las empresas participantes, y en el mismo deberá especificarse a nombre de quien será adjudicado en caso de resultar ganadora. La sociedad ganadora deberá exhibir el original y copia certificada de dicho convenio, además de los documentos habilitantes de quienes celebren en representación de las personas morales dicho contrato a el Organismo..
4	PUNTO 8.1.	Dice: Al acto debe asistir el representante legal, acreditado con poder notarial, clausula especial que le permita participar en licitaciones y/o concursos.... Le solicitamos atentamente a la convocante permita que en caso de no poder asistir el representante legal de la empresa, permita la presencia de una persona con carta poder simple expedida por el representante legal. Favor de considerar	No se acepta, deberá apegarse a los requerimientos de las bases. .






Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 "

"Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco"

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
1	RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MANERA GENERAL Pagina 50, inciso 17. En el Proceso de Donación del "CETS", se deberá dotar de:	Pregunta: ¿Esta pantalla que se menciona, de cuántas pulgadas debería ser? Pregunta: ¿Esta pantalla que se menciona, de cuántas pulgadas debería ser?	Derivado a que en el pliego de las bases no se establece esta característica técnica, su representada podrá proponer una pantalla cuyo tamaño considere adecuado para la adecuada prestación del servicio.
2	RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MANERA GENERAL Pagina 50, inciso 17. En el Proceso de Donación del "CETS", se deberá dotar de Brazaletes en la Donación.	Al declarar apto al Donador el sistema debe emitir un brazaletes con código de barras y fotografía a fin de que el médico coloque en la muñeca del donador para que cuando inicie el proceso de sangrado evitar la suplantación del donante además de simplificar el registro del proceso de sangrado. Pregunta: El sistema informático permite tomar la fotografía del donante y registrarla en el sistema, por lo cual estimamos que el número de donación que aparece en el brazaletes del donante es suficiente para identificarlo de manera única sin fotografía impresa en el brazaletes. De hecho la fotografía del donante que aparece en pantalla del sistema con la donación asociada tiene mucho mejor resolución. ¿Se solicita a la convocante permita eliminar la impresión de la fotografía del paciente en el brazaletes, ¿se acepta?	No se acepta, se deberá de apegar a los requerimientos mínimos solicitados en las bases. .
3	RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MANERA GENERAL Pagina 51, inciso 18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia:	Etiquetas RFID en las bolsas de Sangre Segura y sus fracciones Estas etiquetas las deberá emitir el sistema cuando la sangre y/o sus fracciones se identifican como estudiadas y liberadas [...]	No se acepta.

[Handwritten signature]



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
	En el almacenamiento y Control de la Sangre y sus fracciones	Pregunta: Se solicita que se maneje RFID Solamente en concentrados eritrocitarios y plasma, debido a su alto movimiento y largo periodo de caducidad, y código de barras convencional para el resto de los componentes ¿Se Acepta?	
	RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MANERA GENERAL	Etiquetas RFID en las bolsas de Sangre Segura y sus fracciones [...] Se utilizarán para tener la ubicación física real de las bolsas a través de la Radiofrecuencia [...]	
4	Pagina 51, inciso 18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia: En el almacenamiento y Control de la Sangre y sus fracciones	Pregunta: ¿Requieren que para los concentrados eritrocitarios, que son los hemocomponentes con más movimiento en el banco, se realice la ubicación exacta en tiempo real por fila, columna y por bandeja en cada refrigerador?	Las etiquetas RFID aplican para todas las fracciones de los hemoderivados, independientemente de su frecuencia de uso. Se requiere para tener la existencia en tiempo real y su ubicación física dentro del almacén.
5	Pagina 51, inciso 18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia: En el almacenamiento y Control de la	Deberá tener la capacidad de conectarse a la nube electrónica y estar en comunicación en red WAN geográfica con el CETS, los puestos de sangrado y puntos de transfusión, así como tener la capacidad de consultar vía remota en la nube electrónica el	No se acepta, se deberá de apegar a los requerimientos mínimos solicitados en las bases. .

[Handwritten signature]



Servicios de Salud Jalisco

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
	Sangre y sus fracciones Red Geográfica	inventario en tiempo real desde cualquier hospital y/o el mundo. Pregunta: Se solicita tener acceso a la red WAN institucional para la comunicación entre las unidades del instituto. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
6	Pagina 51, inciso 18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia: En aplicación y uso de la sangre	El sistema debe contar con procesos de Hemovigilancia durante todo el proceso de transfusión: 1. Módulo para solicitar al banco de sangre los Hemocomponentes desde las áreas médicas donde se realizan las transfusiones, Pregunta: Debemos proporcionar estaciones de trabajo cuando requieran que se haga la solicitud de hemocomponentes a transfundir en cada área médica donde se realizan las transfusiones? ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación, deberá contemplar la instalación de un Módulo de trabajo por cada área médica donde se realizara la transfusión.
	Hemovigilancia y trazabilidad en la transfusión		
7	Pagina 62, APARTADO 1A DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE SOFTWARE, REACTIVOS Y CONSUMIBLES: Deberá de cumplir con la entrega del 100% de los materiales, reactivos, consumibles y equipos necesarios	Pregunta: Para llevar a cabo la videoconferencia en cada unidad (puestos de sangrado y servicios de transfusión con depósito temporal), se requiere una calidad de conexión confiable y buena banda ancha, lo que requiere enlaces dedicados y/o Banda ancha móvil en cada unidad. Se solicita tener acceso a la red WAN institucional para la comunicación entre las unidades del instituto. ¿Se acepta nuestra propuesta? El proceso que se propone en las bases requiere que el personal	No se acepta para ninguno de los dos casos, deberá de apegarse a los requerimientos mínimos establecidos.



Servicios de Salud Jalisco

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “

“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco””

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
	<p>para realizar la prestación del servicio incluido el software y equipamiento para interfazar y sistema de red con todos los procesos del Banco de Sangre y los puestos de sangrado con módulo de hemovigilancia, así como la capacidad de realizar</p>	<p>que realiza la extracción disponga de un computador para acceder a la aplicación y poder imprimir el brazalete y una etiqueta con código de barras, lo que requiere a su vez de disponer de 2 impresoras diferentes (o una única impresora pero con un brazalete que lleve incorporado etiquetas para tubos). En el mercado, ya existen brazaletes diseñados específicamente para servicios de transfusión con código de barras de</p>	
	<p>videoconferencias desde el CETS Jalisco hacia los diferentes puestos de sangrado y los servicios de transfusión con depósito temporal [...]</p>	<p>identificación del paciente y que, a su vez, tienen también códigos de barras para identificar los tubos, son brazaletes preimpresos.</p> <p>¿Se aceptaría que, en lugar de imprimir el brazalete y la etiqueta, cuando se vaya a hacer la extracción el personal disponga de estos brazaletes standard, ¿se acepta?</p>	<p style="text-align: right;">2 J</p>



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 "

"Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco"

DISTRIBUIDORA QUIMICA HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
1.	ANEXO 1, PAG 42, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARTIDA 11	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATE ACLARAR SI LA PARTIDA 11 "PRUEBAS DE FENOTIPOS ERITROCITARIOS DE RH GEL KIT" SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU OFERTA ECONOMICA EL PRECIO POR PRUEBA REALIZADA O PRECIO POR KIT ENTREGADO. FAVOR DE ACLARAR.	Se deberá ofertar precio unitario por prueba realizada.
2.	ANEXO 1, PAG 42, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARTIDA 11	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATE ACLARAR SI LA PARTIDA 11 "PRUEBAS DE FENOTIPOS ERITROCITARIOS DE RH GEL KIT" SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU OFERTA ECONOMICA EL PRECIO POR PRUEBA REALIZADA O PRECIO POR KIT ENTREGADO. FAVOR DE ACLARAR.	Se deberá ofertar precio unitario por prueba realizada.
3.	RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MANERA GENERAL, INCISO 16, PAG 50.	SOLICITA, PROPORCIONAR UN SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE BANCOS DE SANGRE CON TRAZABILIDAD Y HEMOVIGILANCIA ADECUADA Y FUNCIONAL, INTERFAZADOS CON LOS EQUIPOS DE LOS PROCESOS DE BIOMETRÍAS HEMATÍCAS, SEROLÓGICAS, INMUNOHEMATOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR; CON INTERNET INALÁMBRICO Y EN RED CON EL "CETS" LOS "PUESTOS DE SANGRADO" Y "DEPOSITOS TEMPORALES"	Se acepta como opción, siempre y cuando sea completamente compatible con el sistema operativo y la base de datos del software que proponga técnicamente para la administración de los bancos de sangre.



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
		<p>PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR TECNICAMENTE PARA LA HEMOVIGILANCIA UN SOFTWARE MODULAR ADICIONAL INTERFASABLE Y COMPATIBLE CON EL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE BANCOS DE SANGRE. ¿SE ACEPTA COMO OPCION?</p>	
		<p>SOLICITA BRAZALETE EN LA DONACIÓN. AL DECLARAR APTO AL DONADOR EL SISTEMA DEBE EMITIR UN BRAZALETE CON CÓDIGO DE BARRAS Y FOTOGRAFÍA A FIN DE QUE EL MÉDICO COLOQUE EN LA MUÑECA DEL DONADOR PARA QUE CUANDO INICIE EL PROCESO DE SANGRADO EVITAR LA SUPLANTACIÓN DEL DONANTE ADEMÁS DE SIMPLIFICAR EL REGISTRO DEL PROCESO DE SANGRADO.</p>	
4.	RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MANERA GENERAL, PAG 51, BRAZALETE EN LA DONACIÓN.	<p>SE PERMITE PROPORCIONAR UN BRAZALETE DEL DONADOR SIN FOTOGRAFIA, YA QUE ATRAVES DEL ESCANEO DEL CODIGO DE BARRAS QUE SE ENCUENTRA IMPRESO EN EL BRAZALETE, ES POSIBLE LA CONSULTA EN PANTALLA DE LA FISONOMIA FACIAL ATRAVES DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE LOS BANCOS</p>	<p>No se permite, deberá de ajustarse a los requerimientos mínimos solicitados en las bases. .</p>

Handwritten signature



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
		DE SANGRE. ¿FAVOR DE PERMITIR COMO OPCION?	
		SOLICITA: ETIQUETAS RFID EN LAS BOLSAS DE SANGRE SEGURA Y SUS FRACCIONES. ESTAS ETIQUETAS LAS DEBERÁ EMITIR EL SISTEMA CUANDO LA SANGRE Y/O SUS FRACCIONES SE IDENTIFICAN COMO ESTUDIADAS Y LIBERADAS. SE UTILIZARÁN PARA TENER LA UBICACIÓN FÍSICA REAL DE LAS BOLSAS A TRAVÉS DE LA RADIOFRECUENCIA, PARA EL MANEJO FIFO (FIRSTIN / FIRSTOUT), EN LAS ENTRADAS/SALIDAS DE LA SANGRE PARA LA HEMOVIGILANCIA, EN LA TRAZABILIDAD DE LA TEMPERATURA DE LAS BOLSAS DE SANGRE Y SUS FRACCIONES TANTO EN ALMACENAMIENTO COMO DURANTE SU TRASLADO.	
5.	RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MANERA GENERAL, PAG 51, EN EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LA SANGRE Y SUS FRACCIONES. ETIQUETAS RFID EN LAS BOLSAS DE SANGRE SEGURA Y SUS FRACCIONES.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN SISTEMA QUE NO UTILICE ETIQUETAS CON SISTEMA RFID Y EN CAMBIO SE PUEDA UTILIZAR UN SISTEMA QUE ATRAVES DE LA LECTURA DEL CODIGO DE BARRAS IMPRESO EN LA ETIQUETA PUEDA PROPORCIONAR QUE LAS SANGRES HAN SIDO ESTUDIADAS Y LIBERADAS. QUE ATRAVES DEL ESCANEADO DEL CODIGO DE BARRAS EN EL SOFTWARE SE PUEDAN UTILIZAR PARA TENER LA ULTIMA UBICACIÓN FÍSICA REGISTRADA DE LAS BOLSAS Y SUS FRACCIONES, TANTO PARA LAS AREAS DE ALMACENAMIENTO ASI COMO DURANTE SU TRASLADO, PARA EL MANEJO FIFO (FIRSTIN / FIRSTOUT), EN LAS ENTRADAS/SALIDAS DE LA SANGRE	No se acepta, deberá de ajustarse a los requerimientos mínimos solicitados en las bases



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
		PARA LA HEMOVIGILANCIA, Y QUE LA TRAZABILIDAD DE LA TEMPERATURA DE LAS BOLSAS DE SANGRE SE REALICE ATRAVES DE LOS REGISTROS OBTENIDOS POR EL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL SOLCITADO EN LAS PRESETES BASES Y POR LOS MONITORES DE TEMPERATURA CONTENIDOS EN LAS CAJAS TRASPORTADORAS QUE SE UTILIZARAN PARA SU TRASLADO. ¿SE ACEPTA COMO OPCION?	
6.	APARTADO 1A. PAG. 55, MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE DISTRIBUCIÓN CETS.	SE SOLICITA: DESCONGELADOR DE PLASMA PARA 12 UNIDADES MÍNIMO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESCONGELADOR DE PLASMA CON CAPACIDAD MINIMA DE 4 Y MAXIMA DE 8 PLASMAS CONSIDERANDO QUE SON LAS CAPACIDADES ESTÁNDAR. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	Si se acepta.
7.	APARTADO 1A, PÁG 55, MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE DISTRIBUCIÓN CETS.	SE SOLICITA: COLGADOR PARA UNIDADES CON FILTRO Y T AND B, CON RUEDAS.	No es tripié, el colgador es para 12 a 24 bolsas.

Handwritten signature



Servicios de Salud Jalisco

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
		FAVOR DE ACLARAR SI LO SOLICITADO ES UN TRIPIÉ.	
8.	APARTADO 1A PAG 58 PRUEBAS CONFIRMATORIAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA COVOCANTE PUEDA PROPORCIONAR CUAL ES EL VOLUMEN DE LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS DE HIV TIPO 1 POR WESTERN BLOT PARA EL PERIODO A CONTRATAR. FAVOR DE ESPECIFICAR.	50 Confirmatorias
9. 0	APARTADO 1A PAG 58 PRUEBAS CONFIRMATORIAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA COVOCANTE PUEDA PROPORCIONAR CUAL ES EL VOLUMEN DE LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS DE HIV TIPO 2 POR WESTERN BLOT PARA EL PERIODO A CONTRATAR. FAVOR DE ESPECIFICAR.	35 Confirmatorias
10.	APARTADO 1A PAG 58 PRUEBAS CONFIRMATORIAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA COVOCANTE PUEDA PROPORCIONAR CUAL ES EL VOLUMEN DE LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS DE HEPATITIS C POR INMUNOBLOT EN EL PERÍODO A CONTRATAR. FAVOR DE ESPECIFICAR.	98 Confirmatorias
11.	APARTADO 1A, PÁG 61, MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE	SOLICITA LA CONVOCANTE: INCUBADOR DE PLAQUETAS DE 13 PIES CON ALARMA DE CONTROL DE TEMPERATURA.	Se aclara que debe ser de 7 pies o dos (2) metros Debe ser de

[Handwritten signature]



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
	SANGRE DISTRIBUCIÓN CETS.	ESTAS DIMENSIONES EQUIVALEN A UN INCUBADOR DE CASI 4 METROS (NO EXISTE EN EL MERCADO UN INCUBADOR DE PLAQUETAS CON ESAS DIMENSIONES). FAVOR DE ACLARAR LA CAPACIDAD.	
12.	APARTADO 1A, PAG 62, MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE DISTRIBUCIÓN CETS.; CONTROL DE CALIDAD, CITOMETRO DE FLUJO PARA LA REALIZACIÓN DE LEUCOCITOS RESIDUALES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATE PERMITA LA NO INSTALACION DEL CITOMETRO DE FLUJO PARA LA REALIZACION DE LEUCOCITOS RESIDUALES Y SE PERMITA EN CAMBIO LA SUBROGACION DE LA PRUEBA A UN LABORATORIO DE REFERENCIA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. FAVOR DE PERMITIR.	Si se permite.
13.	APARTADO B PAG 78 PRUEBAS CONFIRMATORIAS, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE NITROCELULOSA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATE PERMITA LA NO INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE NITROCELULOSA Y PERMITIR EN CAMBIO LA SUBROGACION DE LA PRUEBA CONFIRMATORIA HIV TIPO 1 Y 2 POR WESTERN BLOT Y LA PRUEBA CONFIRMATORIA DE HEPATITIS C POR INMUNOBLOT A UN LABORATORIO DE REFERENCIA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. FAVOR DE PERMITIR.	Se permite, solo con la autorización previa de la Dirección de Regulación de Banco de Sangre, en cumplimiento con la normativa NOM-253-SSA1-2012 y de calidad ISO 9001 15189.

[Handwritten signature]



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
14.	APARTADO B, PAG 78, PRUEBAS SEROLOGICAS DESCRIPCION TECNICA, PRUEBA SUPLEMENTARIA DE ANTICUERPOS ANTI T. CRUZI CON FORMATO DISTINTO A LA PRUEBA EMPLEADA EN EL CETS PARA EL TAMIZAJE DE DONADOR	SE SOLICITA UNA PRUEBA SUPLEMENTARIA DE ANTICUERPOS ANTI T. CRUZI CON FORMATO DISTINTO A LA PRUEBA EMPLEADA EN EL CETS PARA EL TAMIZAJE DE DONADOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA SUBROGACION DE LA PRUEBA SUPLEMENTARIA DE LA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI T. CRUZI CON FORMATO DISTINTO A LA PRUEBA EMPLEADA EN EL CETS PARA EL TAMIZAJE DE DONADOR LABORATORIO DE REFERENCIA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. FAVOR DE CONSIDERAR.	Se permite, solo con la autorización previa de la Dirección de Regulación de Banco de Sangre, en cumplimiento con la normativa NOM-253-SSA1-2012 y de calidad ISO 9001 15189.
15.	APARTADO B, PAG 78, PRUEBAS SEROLOGICAS DESCRIPCION TECNICA, PRUEBA CONFIRMATORIA PARA DIAGNOSTICO DE SÍFILIS REACTIVO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA TREPONEMICA POR TÉCNICA DE HEMAGLUTINACIÓN CON UNA ESPECIFICIDAD DEL 99%.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA COVOCANTE, PUEDA PROPORCIONAR PARA EL PERIODO A CONTRATAR CUAL SERA EL VOLUMEN DE LAS PRUEBAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA DIAGNOSTICO DE SÍFILIS CON REACTIVO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA TREPONEMICA POR TÉCNICA DE HEMAGLUTINACIÓN CON UNA ESPECIFICIDAD DEL 99%. FAVOR DE ESPECIFICAR.	132 Confirmatorias
16.	APARTADO B, PAG 78, PRUEBAS SEROLOGICAS,	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA COVOCANTE, PUEDA PROPORCIONAR PARA EL PERIODO A CONTRATAR CUAL	60 Confirmatorias

Handwritten signature



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 "
"Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco"

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
	PRUEBA CONFIRMATORIA PARA BRUCELLA.	SERA EL VOLUMEN DE LAS PRUEBAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA DIAGNOSTICO DE BRUCELLA POR LA TECNICA MANUAL ATRAVES DE LA REALIZACIÓN DE LA DE AGLUTINACIÓN DE ANTICUERPOS EN PRESENCIA DE 2-MERCAPTOETANOL.FAVOR DE ESPECIFICAR.	
		DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012 REFERENTE A LA CONGELACIÓN "EN SU NUMERAL 8.6.1.1, INCISO D) DICE "PARA OBTENER PLASMA FRESCO Y CRIOPRECIPITADOS CONSERVANDO ADECUADAMENTE SUS PROPIEDADES PROCOAGULANTES. LA VELOCIDAD ÓPTIMA DEL CONGELAMIENTO ES CUANDO LA TEMPERATURA DEL CENTRO DE LA UNIDAD DE PLASMA SE REDUCE A -30°C", EN UN LAPSO QUE NO EXCEDA LOS 60 MIN.	
17.	N/A	CONFORME A LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE INCLUYA EN EL PAQUETE EL SUMINISTRO DEL CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA CON CARACTERÍSTICAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON ESTE APARTADO DE LA NOM-253-SSA1-2012. FAVOR DE INCLUIR.	Si deberá de incluirse la instalación del congelador rápido para plasma dentro de las instalaciones del CETS.
18.	N/A	SI LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS A CUMPLIR PARA ESTE EQUIPO. FAVOR DE	Deberá cumplir con al menos las siguientes características: Congelador por placa de contacto Horizontal. Capacidad mínima de 8 bolsas. Panel de control que permita ver curvas de temperatura. Tiempo de congelación de 30 a 60 min. Temperatura pre-configurada de -50°C la cual debe ser alcanzada en 20

Handwritten signature



Servicios de Salud Jalisco
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
		ESPECIFICAR.	minutos. Construcción de acero inoxidable.

PARTICIPANTE: LABORATORIOS LICON, S.A.

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
1	PUNTO 7.1 ENTREGABLE NO. 28	Solicito atentamente a la convocante favor de aclarar si para el punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Técnica Entregable no. 28. Es correcta mi apreciación que debemos entregar carta de apoyo, del proveedor del control externo de la calidad, el cual debe contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación como proveedor de ensayos de aptitud (EMA), en las áreas de inmunohematología, serología, biología molecular y Coagulación, para dar cumplimiento a la NOM 253-SSAI-2012 en el punto 15.1.4, adicional del programa solicitado del CNTS. ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación.
2	Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARTADO 1A DISTRIBUCIÓN CETS: PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN	Solicito atentamente a la convocante me aclare si para la determinación de prueba de compatibilidad en gel debemos ofertar, prueba mayor, prueba menor y autocontrol. ¿Se acepta?	Es correcto, se deberá incluir.

[Handwritten signature]



Servicios de Salud Jalisco

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
	GEL		
	Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARTADO 1A		
3	DISTRIBUCIÓN CETS: PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN TUBO	<p>Solicito atentamente a la convocante favor de aclarar si para la determinación de prueba de compatibilidad en tubo, debemos de incluir también células control de complemento.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Es correcto, se deberá incluir la dotación de células control el complemento.</p>
4	Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARTADO 1A DISTRIBUCIÓN CETS PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN TUBO	<p>En pruebas de compatibilidad en tubo solicitan suero de Coombs mono específico IgG- C3d solicito atentamente a la convocante me aclare si el que requiere para esta partida es el suero de Coombs mono específico IgG y el suero de Coombs mono específico C3d ya que son 2 reactivos diferentes .</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Es correcta su observación, se requiere de manera independiente del Suero de Coombs mono específico IgG y del Suero de Coombs mono específico C3d.</p>
5	Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARTADO 1A	<p>Solicito atentamente a la convocante me aclare si es correcta mi apreciación que para dar cumplimiento a la NOM 253-SSA-2012 en el punto 15.9.2 que debemos entregar controles de tercera opinión cuyo valor no excederá de tres veces del punto de corte, el cual es independiente de los controles que incluye el fabricante para los analitos</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>




Servicios de Salud Jalisco

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-004-16 “
“Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de Servicios de Salud Jalisco”

No.	Renglón/ Referencia	Pregunta	Respuestas
	DISTRIBUCIÓN CETS: SEROLOGIA	HIV, HCV, HbC, SIFILIS, y chagas. ¿Es correcta mi apreciación?	
6	Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARTADO 1C DISTRIBUCIÓN DEPOSITOS TEMPORALES : PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN GEL	Solicito atentamente a la convocante me aclare si para esta partida también se deberá de incluir tamizaje de anticuerpos irregulares. ¿Es correcta mi apreciación	Es correcta su apreciación. Para los Depósitos Temporales también se deberá de incluir la prueba de Rastreo de anticuerpos irregulares en tubo, y el Rastreo de anticuerpos irregulares en gel solo para las unidades especificadas en la tabla contenida en las páginas número 45 y 46 del pliego de las Bases.
7	Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS GENERALES	Solicito atentamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir la inscripción anual a un programa de evaluación externo de la calidad para Inmunohematología de segundo nivel a los puestos de sangrado y depósitos temporales con la entrega por escrito de los resultados de la evaluación final ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación.


DRA. MARIA GUADALUPE BECERRA LEYVA
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
EN EL ESTADO DE JALISCO.

CONSTE.