





ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA

LPL 43068001-009-14

En Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 (once horas) del día 12 de Diciembre de 2014 dos mil Catorce, en el local que ocupa el auditorio del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, sito en calle Dr. Baeza Alzaga 107, C.P. 44100, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco; se llevo a cabo el registros de los participantes para la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local No. **LPL 43068001-009-14 "Para la contratación del Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco"**, dando inicio a la misma a las 13:00 ante la presencia de los C.C. Dr. Luis Daniel Meraz Rosales. Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones; Lic. Miguel Ángel Leyva Luna, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, todos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, Lic. Bernardo Arzate Rabago, Director de Recurso Materiales, Lic. Alberto Ponce García, Director de Programación y Evaluación, todos del OPD Servicios de Salud Jalisco, y la C. Dra. Guadalupe Becerra Leyva, Directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, a efectos de desahogar la junta aclaratoria prevista en los puntos 2 y 4 de las bases que rigen la presente licitación, para hacer constar los siguientes hechos:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN	Firma
<p>DR. LUIS DANIEL MERAZ ROSALES. PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.</p>	
<p>LIC. MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN.</p>	
Invitados	Firma
<p>Dra. Guadalupe Becerra Leyva, Directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea</p>	
<p>LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA. DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD</p>	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and several other illegible marks.



JALISCO.


LIC. BERNARDO ARZATE RABAGO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.

Acto seguido la Convocante hace las siguientes aclaraciones a las bases de la presente Licitación:

En el punto 7 inciso a) de las bases, dice:

- a) Cada propuesta deberá ir dentro de un sobre **cerrado conforme a lo solicitado en los puntos 8.1 y 8.2 de las presentes bases.**

Y debe decir:

- a) Cada propuesta deberá ir dentro de un sobre **cerrado conforme a lo solicitado en el punto 8.3 inciso c) de las presentes bases.**


En el punto 8.3 inciso i) de las bases, dice:

i) Se describirá dentro de la minuta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las "**PROPUESTAS**", en la que se harán constar las mismas para su posterior evaluación y el monto total de cada una de ellas, Así como el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de Resolución del "**PROCESO**". El acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, debiendo considerar que la falta de firma de algún "**PARTICIPANTE**" no invalidará su contenido y efectos. Asimismo, se difundirá conforme al punto 14 de las presentes bases.

Y debe decir:

i) Se describirá dentro de la minuta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las "**PROPUESTAS**", en la que se harán constar las mismas para su posterior evaluación y el monto total de cada una de ellas, Así como el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de Resolución del "**PROCESO**". El acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, debiendo considerar que la falta de firma de algún "**PARTICIPANTE**" no invalidará su contenido y efectos. Asimismo, se difundirá conforme al punto 15 de las presentes bases.

Con relación a la empresa denominada **DiaSorin México, S.A. de C.V.**, no presento en tiempo sus preguntas conforme a lo señalado en el punto 2, ello consta en el correo electrónico albertoespinoza@diasorin.com.mx recibido con fecha 10 de diciembre de 2014, a las 08:50 a.m., el





cual tenía que ser entregadas a más tardar el día 09.00 diciembre de 2014 de 9:00 a 14:00 horas, por consecuencia no se le consideraron sus preguntas para esta junta aclaratoria.

PRECISIONES DE LA CONVOCANTE DE LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES

PARTICIPANTES:

COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

8.- DESARROLLO DEL "PROCESO".

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

SOLICITAN:

6. El "PARTICIPANTE" deberá presentar, carta o contrato original (para cotejo) o copia certificada con fecha no mayor a 12 meses y copia simple donde acredite experiencia en el servicio a contratar. La "CONVOCANTE" se reserva el derecho de verificar y corroborar la experiencia en otras entidades, así como validar los resultados y desempeño en otros contratos.

PREGUNTA:

DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE BASES LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR DEBERAN REFERIRSE A LA PRESTACION DE SERVICIOS O PRODUCTOS, RELACIONADOS CON EL BANCO DE SANGRE.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

8.- DESARROLLO DEL "PROCESO".


8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

SOLICITAN:

8. Los "PARTICIPANTES" que coticen las partidas deberán presentar carta de recomendación del hospital donde han prestado el servicio solicitado, cuando menos por seis meses de antigüedad y en la que se señale que la empresa tuvo o tiene un buen desempeño en el desarrollo de su trabajo y que cuente con la experiencia que se requiere para hacer servicios en áreas hospitalarias. Este documento deberá llevar la firma del Director General y/o Representante Legal del hospital que hace la recomendación.

PREGUNTA:

DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE BASES LA CARTA DE RECOMENDACION QUE SOLICITAN DEBERA REFERIRSE ESTRICTAMENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS, RELACIONADOS CON EL BANCO DE SANGRE.



574

A

B

M

R

J

Q

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

8.- DESARROLLO DEL "PROCESO".

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

SOLICITAN:

9. El "PARTICIPANTE" (S) deberán presentar original(es) y/o copia(s) certificada(s) de carta(s) expedida(s) por Instituciones de Salud de los Gobiernos de los Estados, en donde acredite haber tenido contratos relacionados con el servicio a Bancos de Sangre y/o servicios de Transfusión. La carta deberá especificar que ha cumplido a cabalidad en tiempo y forma y que no ha provocado desabasto a la Institución donde ha prestado el servicio. El Organismo se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos y el desempeño del proveedor.

PREGUNTA:

PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE BASES ESTA INFORMACION SE PUEDE INCLUIR EN LA MISMA CARTA DE RECOMENDACIÓN SOLICITADA EN EL INCISO 8 DE ESTE MISMO APARTADO, EN RELACION A LA PRESTACION DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS, RELACIONADOS CON EL BANCO DE SANGRE.

¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION?

Respuesta: NO SE ACEPTA, DEBERAN PRESETARSE AMBOS DOCUMENTOS.

8.- DESARROLLO DEL "PROCESO".

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

SOLICITAN:

16. Licencia municipal a nombre del "PARTICIPANTE".

PREGUNTA:

PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE BASES SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR COPIA DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO ANTE LA COFEPRIS POR PARTE DEL LICITANTE.


¿FAVOR DE INDICARNOS SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES NECESARIO PRESENTAR LA LICENCIA MUNICIPAL A NOMBRE DEL PARTICIPANTE.

8.- DESARROLLO DEL "PROCESO".

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

SOLICITAN:





22. Carta membretada, en formato libre con el aval del o los fabricante(s) de reactivos así como de los equipos médicos para la prestación del servicio objeto del "PROCESO".

PREGUNTA:

LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE BASES SE ACEPTE CARTA FIRMADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE EN QUE DICHO AVAL SE PRESENTARA PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE LA CONVOCANTE DESIGNE AL LICITANTE GANADOR, ESTO CON EL OBJETO DE TENER EL TIEMPO SUFICIENTE PARA RECABAR LAS CARTAS SOLICITADAS.

¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION?

Respuesta: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE, DISTRIBUIDOR MAYORISTA O AUTORIZADO OTORGANDO EL APOYO A LA EMPRESA LICITANTE Y EN CUALQUIER CASO DEBERÁN DE CONTAR CON EL APOYO DEL FABRICANTE.

8.- DESARROLLO DEL "PROCESO".

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. SOLICITAN:

31. Carta Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que realizara la inscripción anual a programas externos de Control de Calidad para la detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión así como para Inmunohematología, que estén avalados por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

PREGUNTA:

LA INSCRIPCION QUE MENCIONAN EN ESTE PUNTO DE BASES, SE REFRIERE A LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE MANEJA EL C.N.T.S Y QUE MENCIONA LA NOM-253-SSA1-2012 EN SU APARTADO 15.1.2.

¿FAVOR DE INDICARNOS SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Respuesta: FAVOR DE APEGARSE A LA NORMA Y A LO ESPECIFICADO EN LAS BASES.

8.- DESARROLLO DEL "PROCESO".

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. SOLICITAN:

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and several illegible signatures.

35. Carta Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de Contar con el transporte y personal capacitado para la toma de muestra y aplicación de sangre para pacientes de Seguro Popular (REPSS) atendidos en hospitales privados.

PREGUNTA:

DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SE REFIERE SOLAMENTE A LA TRANSPORTACION DE LA MUESTRA AL BANCO DE SANGRE, PUESTO DE SANGRADO Y/O ALMACEN TEMPORAL PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES QUE APLIQUEN Y EN SU MOMENTO LA TRANSPORTACION DEL O LOS PRODUCTOS SANGUINEOS DE REGRESO AL HOSPITAL PRIVADO EN CUESTION PARA QUE SEAN APLICADAS AL PACIENTE DE SEGURO POPULAR, Y QUE LA TOMA DE LA MUESTRA SU IDENTIFICACION, PROCESAMIENTO Y LA APLICACIÓN DE HEMODERIVADOS SERA RESPONSABILIDAD Y BAJO LA SUPERVISION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO DEL BANCO DE SANGRE, PUESTO DE SANGRADO Y/O ALMACEN TEMPORAL Y DEL HOSPITAL PRIVADO DONDE SE ENCUENTRE EL PACIENTE DEL SEGURO POPULAR.

¿FAVOR DE INDICARNOS SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? YA QUE LAS BASES NO PREVEEN LA SUPERVISION O CONTRATACION DE UN MEDICO PARA SUPERVISAR POSIBLES REACCIONES POR TRANSFUSION.

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

**ANEXO 1. SOFTWARE.
SOLICITAN:**

Brazalete en la donación.

Al declarar apto al Donador el sistema debe emitir un brazalete con código de barras y fotografía para que el médico lo coloque en la muñeca del donador y cuando se reinicie el proceso de sangrado evite la suplantación del donante además de simplificar el registro del proceso de sangrado.

PREGUNTA:

LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE INCLUIR LA FOTOGRAFIA DENTRO DEL BRAZALETE, YA QUE NO ES FUNCIONAL DEBIDO AL TIPO DE IMPRESIÓN Y ESPACIO; SE SUGIERE QUE EN CASO DE SER NECESARIO SE MUESTRE LA FOTOGRAFIA DEL DONANTE EN LA PANTALLA DE REGISTRO DE UNIDAD PARA ASI VERIFICAR QUE QUIEN APAREZCA EN LA FOTOGRAFIA ES QUIEN HARA LA DONACION, ESTO ADICIONAL A LA PORTACION DEL BRAZALETE AQUÍ SOLICITADO.

FAVOR DE INDICARNOS SI SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD.

Respuesta: NO SE ACEPTA, SON NECESARIAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE SOLICITAN.

ANEXO 1. SOFTWARE.

SOLICITAN:

Interfaz HL7 con expediente clínico electrónico.

De acuerdo a la NOM024-SSA-001 El sistema deberá recibir solicitudes de transfusión y envío los resultados en el Standard HL7 V3.0 para comunicarse con el expediente clínico electrónico.

PREGUNTA:

LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE DENTRO DE LAS MISMAS BASES SE PIDE CONTAR CON UN MODULO DE SOLICITUDES DENTRO DEL SISTEMA DE HEMOVIGILANCIA Y ESTE SALDRIA SOBRANDO.

FAVOR DE INDICARNOS SI SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD, ESTO ES CON EL OBJETO DE EVITAR DUPLICIDAD EN LA INFORMACION Y SIN DISMINUIR LA CALIDAD DEL SERVICIO A PROPORCIONAR.

Respuesta: NO SE ACEPTA, SON NECESARIAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE SOLICITAN.

ANEXO 1. SOFTWARE.

Requerimientos Técnicos Sistema de Hemovigilancia:

En el Almacenamiento y Control de la Sangre y sus Componentes.

SOLICITAN:

Etiquetas RDIF en las Bolsas de Sangre Segura

Estas etiquetas las deberá emitir el sistema cuando la sangre se identifica como estudiada y se utilizan para tener la ubicación física real de las Bolsas a través de la Radiofrecuencia, para el manejo FIFO (First In First Out) en las Entradas/Salidas de la sangre y para la Hemovigilancia en la trazabilidad de la temperatura de las bolsas tanto en el traslado como en el almacenamiento.


PREGUNTA:

LA ETIQUETA RDIF NO REALIZA LA TRAZABILIDAD DE TEMPERATURA, ESTO SE LLEVA A CABO A TRAVES DE UN DATALOGGER ADICIONAL A LAS ETIQUETAS. POR LO QUE LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE INDICAR EL SIGUIENTE TEXTO ESTE PUNTO: EL LICITANTE GANADOR DEBERA PROPORCIONAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PODER REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LA TEMPERATURA SOLICITADA ENTRE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y EL CETS.

FAVOR DE INDICARNOS SI SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD.

Respuesta: NO SE ACEPTA, SON NECESARIAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE SOLICITAN.

ANEXO 1. SOFTWARE.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'B' and several illegible signatures.

Requerimientos Técnicos Sistema de Hemovigilancia:
En el Almacenamiento y Control de la Sangre y sus Componentes

SOLICITAN:

Red Geográfica

Deberá tener la capacidad de conectarse a la nube estar en comunicación el red wan geográfica con los bancos de sangre, centros de sangrado y puntos de transfusión. Así como el inventario real en la nube para ser consultado desde cualquier parte del hospital y el mundo.

PREGUNTA:

LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LA FRASE "Y EL MUNDO" YA QUE CONSIDERAMOS QUE LA CONSULTA DE LA EXISTENCIA COMPETE SOLO A LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA RED ESTATAL. FAVOR DE INDICARNOS SI SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD YA QUE MONTAR ESTE TIPO DE "CONSULTAS" TIENE REQUERIMIENTOS ADICIONALES QUE SOLO CONTRIBUYEN A ENCARECER EL PRECIO DEL SERVICIO A OFERTAR.

Respuesta: NO SE ACEPTA, SON NECESARIAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE SOLICITAN.

ANEXO 1. SOFTWARE.

Requerimientos Técnicos Sistema de Hemovigilancia:
En el Almacenamiento y Control de la Sangre y sus Componentes

SOLICITAN:

DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE SOFTWARE, REACTIVOS Y CONSUMIBLES:


Para este paquete se deberá de cumplir con la entrega del 100% de los materiales, reactivos, consumibles y equipos necesarios para realizar la prestación del servicio incluido el Software y equipamiento para interfazar y sistema en red con todos los procesos del Banco de Sangre y los puestos de sangrado con modulo de hemovigilancia, deben proporcionar etiquetas, papel y toner, computadoras, impresoras y demás consumibles.

PREGUNTA:

LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL MODULO DE HEMOVIGILANCIA SOLO APLIQUE AL CETS COMO BANCO DE SANGRE CENTRAL DE LA RED ESTATAL, DEBIDO A QUE SU IMPLEMENTACION TIENE "COSTOS" ADICIONALES, QUE ENCARECEN LA PRESTACION DEL SERVICIO SOLICITADO.

FAVOR DE INDICARNOS SI SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD.

Respuesta: NO SE ACEPTA, SON NECESARIAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE SOLICITAN.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'B' and several illegible signatures.

ANEXO 1. APARTADO D.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EQUIPAMIENTO.

SOLICITAN:

4. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS.

Todos los equipos deberán ser de vanguardia y de última generación. También deberán proporcionar sin costo alguno todas las licencias, en el caso de los equipos de computo, se incluirá el programa informático "Office de Microsoft", así como los derechos de autor para el adecuado funcionamiento de los equipos instalados y que al término del contrato pasarán a ser propiedad del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

PREGUNTA:

LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA FRASE "ASI COMO LOS DERECHOS DE AUTOR". SE REFIERE A LAS LICENCIAS DE USO.

FAVOR DE INDICARNOS SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACION.

ANEXO 1. APARTADO A.

MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DISTRIBUCION CETS:

SOLICITAN: SEROLOGIA: SOLICITAN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA, CANTIDAD: DOS

PREGUNTAS:

1.- DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN AL EQUIPO EN EL CUAL SE REALIZARAN DE FORMA SIMULTANEA LOS CINCO MARCADORES SEROLOGICOS PARA AGENTES INFECCIOSOS QUE MARCA LA NOM-253-SSA1-2012 COMO OBLIGATORIOS EN SU APARTADO 9.4.2., EN CUYO CASO UNO DEBERA SER UTILIZADO COMO RESPALDO EN CASO DE FALLAS DEL EQUIPO PRINCIPAL DE ALTO RENDIMIENTO?

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, ESTAMOS SOLICITANDO UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA PROCESAR SIFILIS, HIV, HBSAG Y HCV, Y UN EQUIPO AUTOMATIZADO DE MICROELISA PARA CHAGAS.

2.- EN CASO AFIRMATIVO, PODEMOS OFRECER UN EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE 100 PRUEBAS POR HORA COMO MINIMO PARA DICHO "RESPALDO" Y QUE PUEDE UTILIZAR LOS MISMOS REACTIVOS QUE EL EQUIPO PRINCIPAL CON LA MISMA PLATAFORMA DE TRABAJO POR QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LOS CINCO MARCADORES SEROLOGICOS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?; ¿EN CASO NEGATIVO NOS PUEDEN INDICAR Y CONFIRMAR CUAL ES LA PRODUCTIVIDAD REQUERIDA PARA LOS DOS EQUIPOS DE SEROLOGIA POR QUIMIOLUMINISCENCIA QUE SOLICITAN Y SI ESTOS DEBERAN UTILIZAR LOS MISMOS REACTIVOS?

24

8

B

M

M

8

9

Respuesta: SE CONTESTA EN LA PREGUNTA ANTERIOR.

3.- DE SER ASI, DEBEMOS CONSIDERAR ENTONCES QUE SE MODIFICA LA TABLA DE DISTRIBUCION ELIMINANDO EL EQUIPO AUTOMATIZADO DE MICROELISA. ¿ES ESTO CORRECTO?

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, APEGARSE A BASES

4.- TAMBIEN SE DEBERA MODIFICAR LA DESCRIPCION DEL KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE T. CRUZI DE MICROELISA A TECNICA DE DETECCION POR QUIMIOLUMINISCENCIA. ¿ES ESTO CORRECTO?

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, APEGARSE A BASES

ANEXO 1. APARTADO A.

MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE.

DISTRIBUCION CETS:

SOLICITAN:

SEROLOGIA: SOLICITAN PRUEBAS CONTROLES Y CALIBRADORES DE VIH COMBO.

PREGUNTA:

DEBEMOS ENTENDER QUE POR EL TERMINO "COMBO" SE REFIEREN A QUE EL KIT DE REACTIVO PROPUESTO PARA LA DETERMINACION DE VIH TIPOS 1 & 2, DEBE REALIZAR DE FORMA SIMULTANEA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTI-VIH TIPOS 1 & 2 MAS LA DETERMINACION DEL ANTIGENO p24.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACION.

ANEXO 1. APARTADO A.


MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE.

DISTRIBUCION CETS. "CARACTERISTICAS GENERALES"

SOLICITAN:

Sistema Automatizado de Serología. Equipo automatizado completamente que realiza pruebas de ensayo por quimioluminiscencia resultados impresos en papel tamaño carta capacidad de interfase a programa de computo de banco de sangre capacidad de realizar pruebas de HIV tipo 1 y 2, antígeno y anticuerpo de HVC; Ags HB y Sífilis, simultáneamente. Con una especificidad y sensibilidad igual o mayor al 99%.

PREGUNTA:



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the bottom right.



MENCIONAN ANTIGENO Y ANTICUERPO DE HVC, CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR DE REDACCION Y EN REALIDAD LA DETERMINACION DEL ANTIGENO Y ANTICUERPO (COMBO) APLICAN SOLO PARA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) TIPOS 1 & 2, MIENTRAS QUE PARA EL VIRUS C DE LA HEPATITIS (HCV) SOLO APLICA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTI-HCV. ¿FAVOR DE INDICARNOS SI NUESTRA APRECIACION ES CORRECTA PARA APLICAR LA CORRECCION CORRESPONDIENTE AL TEXTO DE BASES?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ANEXO 1. APARTADO A.

MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DISTRIBUCION CETS. "CARACTERISTICAS GENERALES"

SOLICITAN:

Sistema Automatizado de Serología. Equipo automatizado completamente que realiza pruebas de ensayo por quimioluminiscencia resultados impresos en papel tamaño carta capacidad de interfase a programa de computo de banco de sangre capacidad de realizar pruebas de HIV tipo 1 y 2, antígeno y anticuerpo de HVC; Ags HB y Sífilis, simultáneamente. Con una especificidad y sensibilidad igual o mayor al 99%. Cumpla con normas de seguridad que opere a temperatura de acuerdo a sus técnicas específicas de cada fabricante velocidad de operación de 180 pbas por hora. Equipo automatizado completamente que realiza pruebas de Microelisa para Chagas. Los dos equipos que tengan respaldo de ingeniería con capacidad resolutive de fallas en máximo 24 horas, en caso de falla por más tiempo se deberá responsabilizar de las muestras y resultados con técnica similar.

PREGUNTA:

EN ESTE PUNTO SOLICITAN DOS EQUIPOS UNO CON METODOLOGIA POR QUIMIOLUMINISCENCIA Y OTRO PARA PRUEBAS DE MICROELISA; LO CUAL NO COINCIDE CON LA TABLA DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA EL CETS EN SU SECCION DE SEROLOGIA.

FAVOR DE ACLARAR SI REQUIEREN TRES EQUIPOS, DOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA Y UNO PARA MICROELISA, O SOLO DOS EQUIPOS CON METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINISCENCIA DE ULTIMA GENERACION CON CAPACIDAD DE PROCESAR CON LA MISMA PLATAFORMA DE TRABAJO LOS CINCO MARCADORES SEROLOGICOS OBLIGATORIOS SEGÚN LA NOM-253-SSA1-2012 EN SU APARTADO 9.

Respuesta: ESTAMOS SOLICITANDO UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA PROCESAR SIFILIS, HIV, HBSAG Y HCV, Y UN EQUIPO AUTOMATIZADO DE MICROELISA PARA CHAGAS.

ANEXO 1. APARTADO A.

MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE SOFTWARE, REACTIVOS Y CONSUMIBLES.

SOLICITAN:

Control de calidad externo en: Inmunohematología, Serología, Pruebas de Ácidos Nucleicos.

PREGUNTA:

DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A LA INSCRIPCION A PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA NOM-253-SSA1-2012 EN SU APARTADO



15.1.3., LOS CUALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CARACTERISITCAS QUE ESTABLECE LA PROPIA NORMA. ¿FAVOR DE INDICARNOS SI ESTO ES CORRECTO?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PROVEEDOR HEMOSER, S.A. DE C.V.

PREGUNTA

DICE:

LICITACION PUBLICA LOCAL No. 43068001-009-14

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE LICITACION PUBLICA LOCAL, YA QUE LOS BIENES Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO SOLICITADO EN SU MAYORIA, SON DE ORIGEN INTERNACIONAL.

Respuesta:

SE REFIERE AL TIPO DE LICITACIÓN, CONFORME LO PREVÉ EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN I. DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, QUE A LA LETRA DICE:

10. Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores establecidos en el Estado;

SIN QUE CON ELLO IMPLIQUE EL ORIGEN DE LOS BIENES O REACTIVOS, DEBIENDO CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS ESTABLECIDO EN LAS BASES, SUS ANEXOS Y JUNTA ACLARATORIA.

PREGUNTA

DICE:

LICITACION PUBLICA LOCAL No. 43068001-009-14

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DOCUMENTOS DEBEMOS PRESENTAR PARA COMPROBAR QUE SOMOS UN PROVEEDOR LOCAL?

Respuesta: LA LICENCIA MUNICIPAL Y EL DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE COMPROBANTE DEL SAT.

PREGUNTA



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and several illegible signatures.

PUNTO 7.- CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

- d) El "PARTICIPANTE" o su Representante Legal, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación presentada objeto de esta Licitación, en el entendido de que la falta de firma o rubrica en algún documento invalida el mismo, haciéndolo sujeto de descalificación.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIEREN A CARTAS, ANEXOS, FORMATOS ETC, UTILIZADOS PARA LA PRESENTACION DE NUESTRA PROPUESTA.

Respuesta: NOS REFERIMOS A TODA LA DOCUMENTACION.

PREGUNTA.

PUNTO 7.- CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

- g) La Propuesta Técnica deberá presentarse de acuerdo al formato del ANEXO 2 contenido en las presentes bases.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO 2, SOLO CON LA DESCRIPCION DEL SERVICIO OFERTADO Y EN HOJAS SUBSECUENTES LA DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 Y APARTADOS. ESTO PARA UNA MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO, SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA.

PREGUNTA

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.


7. Contratos (original para su cotejo y copia simple) de 2 clientes en el que figure la siguiente información: nombre y/o razón social del cliente, nombre de la persona que recibió los servicios, dirección y teléfonos. Dichos datos podrán ser verificados por la "CONVOCANTE".

DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO DEBEN SER DE SERVICIOS IGUALES A LOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION, ES CORRECTO?

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGUESE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.



Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'B' and several illegible signatures.

8. Los PARTICIPANTES que coticen las partidas deberán carta de recomendación del hospital donde han prestado el servicio solicitado.

Solicitamos a la convocante que para el cumplimiento de este punto se nos permita presentar Carta de la afianzadora, en donde indique que no se han hecho validas ninguna fianza por motivo de incumplimiento, anexando lista de contratos con dependencia y datos de los contratos. Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, APEGUESE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA

8.2 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

9. El PARTICIPANTE deberá presentar originales y/o copias certificadas expedidas por Instituciones de los gobiernos de los estados, en donde acredite haber tenido contratos relacionados.....

Solicitamos a la convocante que para el cumplimiento de este punto además de lo solicitado se nos permita presentar Cartas expedidas por cualquier institución de gobierno IMSS, ISSSTE, ISSEMyM, etc), esto con la finalidad de no ampliar la probabilidad de ofertas. Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, APEGUESE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA

8.1 QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

14. Copia del Alta ante el IMSS del personal activo, así como copia de sus correspondientes comprobantes de pago de los últimos dos bimestres, de igual forma deberá anexar carta bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar adjudicado, contará con el 100% del personal necesario al inicio del servicio objeto de este "PROCESO".

EN AL CASO DE MI REPRESENTADA, EL PERSONAL SE ENCUENTRA SUBCONTRATADO A TRAVES DE OUTSOURCING, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR ALTAS ANTE IMSS A TRAVES DE DICHA EMPRESA, RESPALDANDO CON COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS, SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA, APEGUESE A LO ESTABLECIDO EN BASES.

PREGUNTA

8.1 QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

21. Copia simple y original para cotejo de Fichas técnicas relacionadas con el uso (INSERTO), REGISTROS Sanitarios actuales, normas de seguridad y certificado de biodegradabilidad de los productos a utilizar.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN ESTE PUNTO, SERA SUFICIENTE PRESENTAR HOJAS DE SEGURIDAD Y/O MSDS, DE LOS REACTIVOS Y/O INSUMOS QUE APLIQUE?

EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA FAVOR DE INDICARNOS ESPECIFICAMENTE A QUE FICHAS SE REFIERE.

Respuesta: NO SE ACEPTA, APEGUESE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA

31. CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE REALIZARA LA INSCRIPCIÓN ANUAL A PROGRAMAS EXTERNOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA DETECCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN ASÍ COMO PARA INMUNOHEMATOLOGIA, QUE ESTÉN AVALADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

EL CNTS CUENTA CON SUS PROPIOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO Y NO AVALA TERCEROS, DE ACUERDO A LA NOM 253 PODEMOS ENTENDER QUE DEBEMOS INSCRIBIRLOS AL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DETECCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS E INMUNOHEMATOLOGÍA DEL CNTS Y A OTRO PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN SEROLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGÍA QUE ESTÉ ACREDITADO COMO PROVEEDORES DE ENSAYOS DE APTITUD. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Respuesta: ES CORRECTA.

PREGUNTA

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA

23. CARTA COMPROMISO EN FORMATO LIBRE, MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DONDE SE COMPROMETA A PROPORCIONAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MÓVIL Y EFECTIVO EN UN MÁXIMO DE 15 DÍAS A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL ABASTO PARA LA SOLUCIÓN DURANTE CONTINGENCIAS Y/O EMERGENCIAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁNTOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SE REQUIEREN PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO.

Respuesta: LOS NECESARIOS PARA CUBRIR EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN TODOS LOS LUGARES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO.

PREGUNTA

DICE:

ANEXO 1. DEFINICIONES: UNIDAD/TIPO DE BOLSA A: BOLSA CUÁDRUPLE SAG-MANITOL TOP & BUTTOM,

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CUÁDRUPLE CON ADITIVO EQUIVALENTE AL SAG-MANITOL EL CUAL PROPORCIONA LOS MISMOS BENEFICIOS DE CONSERVACIÓN Y VIGENCIA YA QUE ESTE NOMBRE "SAG-MANITOL" ES SOLO DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA

DICE:

ANEXO 1. UNIDAD/TIPO DE BOLSA B: BOLSA CUÁDRUPLE SAG-MANITOL CON FILTRO DESLEUCOCITADOR INCLUIDO PARA SANGRE TOTAL. MAS LO ESPECIFICADO EN UNIDAD/TIPO DE BOLSA A.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO DESLEUCOCITADOR Y CON ADITIVO EQUIVALENTE AL SAG-MANITOL EL CUAL PROPORCIONA LOS MISMOS BENEFICIOS DE CONSERVACIÓN Y VIGENCIA Y YA QUE ESTE NOMBRE "SAG-MANITOL" ES SOLO DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA.

DICE:

ANEXO 1. UNIDAD/TIPO DE BOLSA C: BOLSA TRIPLE CON CPD-ADENINA. MAS LO ESPECIFICADO EN UNIDAD/TIPO DE BOLSA A.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CON ADITIVO EQUIVALENTE AL SAG-MANITOL EL CUAL PROPORCIONA LOS MISMOS BENEFICIOS DE CONSERVACIÓN Y VIGENCIA Y YA QUE ESTE NOMBRE "SAG-MANITOL" ES SOLO DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.


PREGUNTA.

DICE:

ANEXO 1. UNIDAD/TIPO DE BOLSA D: BOLSA WB PEDIÁTRICA CON FILTRO DESLEUCOCITADOR. MAS LO ESPECIFICADO EN UNIDAD/TIPO DE BOLSA A.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CON ADITIVO EQUIVALENTE AL SAG-MANITOL EL CUAL PROPORCIONA LOS MISMOS BENEFICIOS DE CONSERVACIÓN Y VIGENCIA Y YA QUE ESTE NOMBRE "SAG-MANITOL" ES SOLO DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



PREGUNTA

PÁGINA 29, BRAZALETE EN LA DONACIÓN.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL REQUISITO DE FOTOGRAFÍA DENTRO DEL BRAZALETE, YA QUE POR MOTIVOS DE ESPACIO Y FUNCIONALIDAD, LA FOTOGRAFÍA DEL DONADOR SERÍA TAN PEQUEÑA QUE RESULTARÍA MUY DIFÍCIL LA VALIDACIÓN VISUAL DEL PRE DONANTE QUE SE PRESENTE. EN SU LUGAR SOLICITAMOS QUE EN LA PANTALLA DEL SISTEMA SE PRESENTE LA FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA QUE SE REGISTRÓ Y ASÍ SE PUEDA VALIDAR DE FORMA VISUAL. ¿ES ESTO ACEPTADO?.

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA.

PÁGINAS 29,30 INTERFACE HL7 Y MÓDULO HEMOVIGILANCIA

EN EL APARTADO DE INTERFACE HL/ SE SOLICITA QUE SE COMUNIQUE CON EL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO V 3.0 LA SOLICITUD DE COMPONENTES Y SUS RESULTADOS; SIN EMBARGO EN EL MÓDULO DE HEMOVIGILANCIA TAMBIÉN SE SOLICITA UN MÓDULO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE COMPONENTES DESDE EL MODULO MENCIONADO. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR UNO DE LOS PUNTOS MENCIONADOS.

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA

PÁGINA 30, ETIQUETAS RFID EN LAS BOLSAS DE SANGRE SEGURA

SE SOLICITA QUE EL SISTEMA EMITA ETIQUETAS RFID PARA LA UBICACIÓN FÍSICA REAL DE LAS BOLSAS DE SANGRE SEGURA Y HEMOVIGILANCIA EN TRAZABILIDAD DE TEMPERATURA TANTO EN TRASLADO COMO EN ALMACENAMIENTO. SIN EMBARGO SE TRATA DE DOS TEMAS DISTINTOS QUE NO SE CONSIGUEN SOLO CON LA ETIQUETA DE RFID, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, ELIMINAR LA PARTE DE TRAZABILIDAD DE TEMPERATURA EN EL TRASLADO Y ALMACENAMIENTO YA QUE NO COMPETE AL TEMA DE ETIQUETAS RFID EN BOLSAS DE SANGRE SEGURA.

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA

PÁGINA 30, RED GEOGRÁFICA

SE SOLICITA TENER LA CAPACIDAD DE CONECTARSE A LA NUBE, ESTAR EN COMUNICACIÓN EL RED WAN GEOGRÁFICA CON LOS BANCOS DE SANGRE, CENTROS DE SANGRADO Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y TENER EL INVENTARIO REAL PARA CONSULTA DESDE CUALQUIER PARTE DEL HOSPITAL Y EL MUNDO, AL ESTAR DISPONIBLE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE SANGRE, CENTROS DE SANGRADO Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN A CUALQUIER PARTE DEL HOSPITAL Y EL

MUNDO SE ESTÁ VIOLANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DEL BANCO DE SANGRE, DE ACUERDO A LA NOM-253-SSA1-2012 POR LO QUE SOLICITAMOS SEA ELIMINADO ESTE PUNTO.

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA.

PÁGINA 30, HEMOVIGILANCIA Y TRAZABILIDAD DE LA TRANSFUSIÓN.

SE SOLICITA EL HACER LOS REPORTES DE REFERENCIA E INCIDENCIA, SIN EMBARGO NO SE ESPECIFICA EL FORMATO DE LOS REPORTES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LOS FORMATOS DE LOS REPORTES SOLICITADOS YA QUE SON PROPIOS DEL CETS O BIEN ELIMINAR ESTE PUNTO.

Respuesta: LOS FORMATOS SERAN PROPORCIONADOS AL PARTICIPANTE ADJUDICADO.

PREGUNTA

APARTADO A. MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE.

DICE: EQUIPO AUTOMATIZADO PARA MICROELISA.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PRUEBAS SE VAN A PROCESAR EN ESTE EQUIPO.

Respuesta: T CRUZI

PROVEEDOR INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

En las características generales TIPO 5: Plataforma Automatizado para las pruebas cualitativas por Amplificación del Ácido Nucléico in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del ARN del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 (VIH-1 grupo M, VIH-1 grupo O, tipo VIH-2.), del ARN del virus de la Hepatitis C (HCV) y del ADN del virus de la Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT).

Se solicita amablemente a la convocante nos permita licitar una plataforma con proceso de amplificación por transcripción que utiliza 2 enzimas, la transcriptasa inversa y la RNA polimerasa T7, para replicar enzimáticamente copias de la secuencia de RNA con las siguientes características principales:

- Tipo de muestras: Suero, plasma incluyendo heparinizadas
- Reactivo de segmento de captura por lisis y captura viral
- Hibridación de ácidos nucleicos virales y Control Interno con sondas de captura específicas
- Unión a partículas magnéticas
- Proceso de amplificación para replicar enzimáticamente miles de millones de copias de RNA a través de:
- Transcriptasa inversa y RNA Polimerasa T7
- Reacción isotérmica

•La reacción ocurre en el mismo tubo

Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA 2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

En el sistema Automatizado de Serología, solicitan pruebas de HIV tipo 1 y 2, antígeno y anticuerpo de HVC; Ags HB y Sífilis, con especificidad y sensibilidad igual o mayor al 99%.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta dichos reactivo con 100 % de sensibilidad y una especificidad igual o mayor a 98.75 %. Anexando la evaluación y aceptación para su uso en banco de sangre por parte de la institución autorizada por la Cofepris.

Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA 3.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

En el sistema Automatizado de Serología, solicitan que realice en equipo con metodología de Quimioluminiscencia las pruebas de HIV tipo 1 y 2, antígeno y anticuerpo de HVC; Ags HB y Sífilis. Y en otro equipo de Microelisa la prueba de Chagas.

Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita oferta la prueba de Chagas en el mismo equipo que de Quimioluminiscencia con la finalidad de realizar los 5 marcadores por la misma tecnología con el beneficio que ser realizados en un solo equipo con el mismo personal y el mismo tubo, adicional a estandarizar la metodología.



Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA 4.

Punto 8.1 Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica:

Solicitan en el documento 8, carta de recomendación del hospital donde se ha prestado el servicio firmada por Director o Representante Legal, solicitamos amablemente a la convocante que sea aceptada dicha carta de recomendación expedida y firmada por el jefe / encargado o responsable del Banco de Sangre sin que sea requisito el tener una representación legal ya que realmente el es quien puede dar una opinión mas objetiva del servicio que ha prestado el proveedor de un servicio, adicional a que este punto no esta especificado en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.



Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA 5.

Punto 8.1 Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica:

Solicitan en el documento 9, solicitan presentar cartas originales y/o copias certificadas expedidas por Instituciones de Salud de los Gobiernos de los Estados, donde se acredite haber tenido contratos relacionados con el servicio a bancos de sangre y/o servicios de transfusión.

Solicitamos amablemente a la convocante se pueda omitir este punto en caso de presentar en el punto 6 y 7 contratos con Instituciones de Salud de los Gobiernos de los Estados y/o Instituciones Federales tales como el IMSS / ISSSTE. Ya que al presentar dicho contrato demuestra que se tiene o ha tenido el contrato con dichas Instituciones y se puede anexar liberación de fianzas lo cual demuestra el cumplimiento cabal del contrato.

Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA 6.

En caso de ser negativa la respuesta a nuestra pregunta No. 5, la carta en mención es suficiente que la redacte el jefe o encargado del banco de sangre, quien es la persona que puede dar mejor su opinión respecto al servicio brindado por el proveedor, y la carta debe de ser de alguna Institución distinta a la Secretaria de Salud Jalisco para no ser juez y parte, y mal interpretando una tendencia por la empresa que actualmente presta el servicio.

Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PREGUNTA 7.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Solicitan un equipo TIPO 4: Sistema Automatizado para Western Blot. Con las siguientes características:

- Un equipo automatizado para las pruebas de diagnostico in vitro de Western Blot (HIV, HCV y Sífilis).
- Incube, agite, lave y lleve a cabo la adición subsecuente de reactivos definida por el operador.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar las pruebas confirmatorias por las diferentes metodologías aceptadas por el INDRE, que pueden o no requerir equipo para su realización.

Se acepta?

Respuesta: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

PROVEEDOR LABORATORIOS LICON, S.A.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the letters 'B', 'A', and 'H'.

PREGUNTA

1. Solicito atentamente a la convocante favor de aclarar si para el punto 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA en el punto 31, Si es correcta mi apreciación que se deberá entregar carta de apoyo, del proveedor del control externo de la calidad, el cual debe contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación como proveedor de ensayos de aptitud (EMA), en las áreas de inmunohematología, serología y biología molecular, para dar cumplimiento a la NOM 253-SSAI-2012 en el punto 15.1.4, adicional del programa solicitado del CNTS.
¿Es correcta mi apreciación?

Respuesta: ES CORRECTA.

PREGUNTA

2. Solicito atentamente a la convocante favor de aclarar si para el Anexo 1 en Apartado A "CETS" solicitan la entrega de controles de calidad externos para: pruebas de serología y pruebas de Ácido nucleico, si es correcta mi apreciación dichos controles deberán estar acreditados por la EMA, cuatro entregas durante todo el año, cada entrega sea trimestral. Esto en debido al cumplimiento con la NOM 253-SSAI-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. ¿Es correcta mi apreciación?

Respuesta: ES CORRECTA.

PREGUNTA

3. Solicito atentamente a la convocante si es correcta mi apreciación para dar cumplimiento a la NOM 253-SSAI-2012 en el punto 15.9.2 debemos entregar controles de tercera opinión cuyo valor no excederá de tres veces del punto de corte, el cual es independiente de los controles que incluye el fabricante para los analitos HIV, HCV, HBc, SIFILIS, y chagas; y biología molecular de acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 en el apartado de DEFINICIONES donde solicitan controles de calidad internos y externos de pruebas de serología y NAT e inmunohematología de tercer nivel. .
¿Es correcta mi apreciación?

Respuesta: ES CORRECTA.

PREGUNTA

4. Solicito atentamente a la convocante para el anexo 1, partida 6 nos aclare si debemos ofertar para la determinación de prueba de compatibilidad en gel, prueba mayor, prueba menor y autocontrol.
¿Se acepta?


Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

5. Solicito atentamente a la convocante si es correcta mi apreciación que debemos ofertar para el Anexo 1 partida 8 pruebas de grupo sanguíneo ABO Y Rh (prueba directa e inversa) y Rh en gel , el anti A, anti B, anti AB, anti D, cti, A1, O, en una sola tarjeta y en un solo paso.
¿Se acepta?

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA



6. Solicito atentamente a la convocante nos permita ofertar para el apartado C rosa de bengala en presentación de equipo de 50 pbs, el cual incluye control positivo, y negativo.

¿Se acepta?

Respuesta: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA

7. En el apartado A distribuciones para el CETS INMUNOHEMATOLOGIA partida grupo sanguíneo en tubo solicitan anti sueros Anti – A, Anti – B, Anti – AB, Anti A1 lectina, Anti – D y Anti H lectina, solicito atentamente a la convocante me aclare si también para esta partida se requiere incluir al CONTROL Rh ya que la norma en el punto 9.5.3 hemoclasificación de Rh (D) cada una de las pruebas para identificación del Antígeno D , se deberá validar mediante una prueba de control que nos permita demostrar la ausencia de aglutinación inespecífica.

¿Se acepta?

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

8. En el apartado A Puestos de Sangrado pruebas de compatibilidad en tubo solicitan suero y control de coombs, solicito atentamente a la convocante me aclare si el que requiere para esta partida es el Coombs poliespecifico IgG C3d ya que la norma solicita que el reactivo de coombs utilizado en pruebas de compatibilidad sea poliespecifico IgG C3d.

¿Se acepta?

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

9. Solicito atentamente a la convocante para el apartado A Equipo Manual que incluya incubadora y centrifuga para pruebas de compatibilidad en gel para puestos de Sangrado y Depósitos temporales nos permita ofertar equipos con las siguientes características: incubador para 24 tarjetas de gel de 8 pozos y centrifuga para 24 tarjetas de gel de 8 pozos.

¿Se acepta?

Respuesta: SE ACEPTA.

PROVEEDOR MEDICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PREGUNTA

1.- EN EL PUNTO 8.1 DE LAS BASES "DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA" INCISO 16 SE SOLICITA LICENCIA MUNICIPAL. ¿PODEMOS ENTREGAR COPIA SIMPLE DE ESTA DOCUMENTO Y EL ORIGINAL SOLO PARA COTEJARLO?

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

2.- EN EL PUNTO 8.1 DE LAS BASES "DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA" INCISO 35 SE SOLICITA "CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE CONTAR CON EL TRANSPORTE Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA TOMA DE MUESTRA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Y APLICACIÓN DE SANGRE PARA PACIENTES DE SEGURO POPULAR (REPSS) ATENDIDOS EN HOSPITALES PRIVADOS". ¿ME PODRIA ACLARAR EN QUE HOSPITALES PARTICULARES Y EN QUE HORARIOS SE PRESTARA ESTE SERVICIO?

Respuesta: ESTOS DATOS SERAN PROPORCIONADOS AL LICITANTE GANADOR.

PREGUNTA

3.- EN EL PUNTO 8.1 DE LAS BASES "DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA" INCISO 39 SE SOLICITA "CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER DISPONIBLE LAS 24 HRS. DEL DÍA, A TRES QFB CAPACITADOS(AS) EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS; UNO(A) PARA APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN EL "CETS" Y LOS "DEPOSITOS TEMPORALES" DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y DOS PARA APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LOS "PUESTOS DE SANGRADO" Y "DEPOSITOS TEMPORALES" DEL INTERIOR DEL ESTADO. ¿ME PODRIA ACLARAR SI SON SUFICIENTES ESTOS TRES QFB PARA ESTE INCISO Y EL SOLICITADO EN EL INSISO 35?

Respuesta: SOLICITAMOS 5 QFB CAPACITADOS(AS) EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS; DOS PARA APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN EL "CETS" Y LOS "DEPOSITOS TEMPORALES" DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y TRES PARA APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LOS "PUESTOS DE SANGRADO" Y "DEPOSITOS TEMPORALES" DEL INTERIOR DEL ESTADO.

PREGUNTA

4.- EN EL ANEXO 1 "PARTIDAS Y CANTIDADES MENSUALES" SE ESTABLECE UNA CANTIDAD MAXIMA PARA CADA PARTIDA, ¿SI EL VOLUMEN MENSUAL DE PRUEBAS RESULTANTE EXCEDE A LO ESTABLECIDO, QUE PROCEDE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE A UN MES Y DEBERA PROYECTARLO A DOCE MESES Y ESTE SERA EL VOLUMEN MAXIMO ADJUDICADO QUE NO DEBERA EXCEDER. EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR ESTE VOLUMEN MAXIMO EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

PREGUNTA.

5.- EN EL APARTADO A PAGINA 32 DE 75 PROCESO SEROLOGIA SE SOLICITAN DOS EQUIPOS QUIMIOLUMINISCENCIA Y EN EL MISMO APARTADO PAGINA 41 DE 75 CARACTERISTICAS GENERALES SE SOLICITA SOLO UN EQUIPO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA, ¿ME PODRIA ACLARAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADA?

Respuesta: ESTAMOS SOLICITANDO UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA PROCESAR SIFILIS, HIV, HBSAG Y HCV, Y UN EQUIPO AUTOMATIZADO DE MICROELISA PARA CHAGAS.

PREGUNTA

6.- EL APARTADO A PAGINA 33 DE 75 PROCESO SEROLOGIA SE SOLICITA "PRUEBAS CONTROLES Y CALIBRADORES VIH COMBO", PODEMOS LICITAR "PRUEBAS, CONTROLES Y CALIBRADORES VIH 1+2"?

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

7.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS, PÁG. 48. TIPO 11: EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIA/PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA MÁQUINA PORTÁTIL CON FACILIDAD DE TRANSPORTE A LAS AREAS DE INTERNAMIENTO DE LOS PACIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y TERAPÉUTICOS. UNA MÁQUINA QUE PUEDA REALIZAR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS LA MISMA MÁQUINA Y QUE DISPONE DE EQUIPOS DESECHABLES CON FILTRO LEUCOREDUCTOR INTEGRADO PARA LA REALIZACIÓN DE PLAQUETOFÉRESIS, LO CUAL PROPORCIONA UNA MAYOR SEGURIDAD EN EL PROCESO DE LEUCOREDUCCIÓN.

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

8.- EQUIPOS FRACCIONADORES: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA CONFIRMAR QUE SE PUEDE OFRECER EQUIPOS FRACCIONADORES INTERFASABLES, ELECTRÓNICOS, CON SENSORES OPTICOS Y SISTEMAS DE PESAJES, ADEMAS QUE TENGAN LA CAPACIDAD DE PROCESAR CUALQUIER MODELO DE BOLSA EN EL MISMO EQUIPO.

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

9.- BOLSAS TIPO D: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA BOLSA SOLICITADA DEBE CONTAR CON UN FILTRO LEUCOREDUCTOR PARA SANGRE TOTAL INTEGRADO Y 3 BOLSAS TRANSFER CON CAPACIDAD DE 100 ML CADA UNA CONECTADAS PARA LA REALIZACIÓN DE FRACCIONES PEDIÁTRICAS DE SANGRE LEUCOREDUCIDA EN EL MISMO SISTEMA CERRADO.

Respuesta: SE ACEPTA.

PREGUNTA

SA

S

A

D

J






B

A


10.- EN EL PUNTO 8.1 DE LAS BASES "DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA" INCISO 22 SE SOLICITA "CARTA MEMBRETADA EN FORMATO LIBRE CON EL AVAL DEL O LOS FABRICANTES DE REACTIVOS ASI COMO DE LOS EQUIPOS MEDICOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PROCESO". ¿PODEMOS ENTREGAR CARTA MEMBRETADA EN FORMATO LIBRE CON EL AVAL DEL O LOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OTORGANDO EL APOYO AL LICITANTE?

Respuesta: SE ACEPTA.



Siendo las 13:00 (Trece horas) del mismo día en que se dio inicio, se da por terminada la presente acta, firmando de conformidad los que en ella quisieron intervenir y recibiendo copia de la misma todos los participantes.-----

MIEMBROS DE LA COMISIÓN	Firma
<p>DR. LUIS DANIEL MERAZ ROSALES PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.</p>	
<p>LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN.</p>	
Invitados	Firma
<p>la Dra. Guadalupe Becerra Leyva, Directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea</p>	
<p>LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>LIC. BERNARDO ARZATE RABAGO. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.</p>	






Por Parte De Los Licitantes

PARTICIPANTE	Nombre y Firma del presentante
Comercializador de Reactivos para Laboratorio y materiales para Hospitales S.A. de C.V.	René Gerardo Salazar Robledo 
Laboratorios Licon S.A.	María Elena Trejo Rojo 
 Hemoser S.A. de C.V.	 Mario Juan Granados Barranco
Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V.	 Alejandro Valencia Sandoval
 Médical de Occidente, S.A. de C.V.	 Claudia Gabriela Becerra Gómez
Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.	Ing. Jesús Ortega Martínez

Fin del Acta.-----

Esta hoja de firmas corresponde a la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local No. LPL 43068001-009-14 "Para la contratación del Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades del O.P.D., de fecha 12 de diciembre de 2014.



(Handwritten marks and signatures on the right margin)