JALISCO
GOBIERNO DE LA CIUDADANÍA
PODER EJECUTIVO

'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE BASES

Fecha: **30 de mayo de 2018** Hora: **12:00 Hrs.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-029-18 "*Adquisición de Ambulancias para diferentes unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco*".

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el **"glosario de términos y definiciones"** descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 hrs. del día 30 de mayo de 2018, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

1). Registro de Participantes.

2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

a). Bienvenida

b). Mecánica de la sesión

c). Aclaraciones de la convocante

d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa	Representante	Firma
UNIDADES MOVILES EL DORADO S.A. DE C.V.	GABRIEL GÓMEZ ARELLANO	
CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE .C.V	JESUS PEREZ LEGORRETA	
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE .C.V.	CARLOS ACEVES BRAVO	
CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCIDIENTE SA. DE C.V.	JOSE DAVID MARIN BERMUDES	
ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A. DE C.V.	JAIME FRANCISCO HERNANDEZ OLMEDO	
SYC MOTORS S.A. DE C.V.	J. ANTONIO HERNANDEZ RUIZ	
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CLAUDIA ERENDIRA AGUIRRE ZEPEDA	
VAMSA LAS FUENTES S.A. DE C.V.	MARCO NAVAS ZAVALA	

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

2. A El servidor público designado por el titular de la unidad centralizada de compras, cuyo nombramiento obra en el expediente respectivo, por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.

2. B Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas realizadas, que se recibieron como se estableció en los puntos 2 y 6, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan en original a la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron las denominadas: Unidades móviles el Dorado, S.A. de C. V., Plasencia Guadalajara, S.A. de C.V., Camarena Automotriz de Occidente, S.A. de C.V., Grupo Motormexa Guadalajara, S.A. de C.V., Continental Automotriz, S.A. de C.V., Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V., Automotores Flosol, S.A. de C.V., Syc Motors, S.A. de C.V.

2. C Aclaraciones de la convocante.

Aclaración 1

Se elimina la nota al final del anexo de preguntas y respuestas de la presente junta aclaratoria (con respecto al punto 11 de las bases, se acepta carta original del fabricante o distribuidor autorizado).

La presente junta formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 punto 3 de la **LEY.**

2. D Se da por terminada la sesión, siendo las 12:35 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

2. D Se da por terminada la sesión, siendo las 12:35 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

CONSTE.----------

POR LA DEPENDENCIA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C.P. JOSÉ GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVÍN	SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	
LIC. ENRIQUE RAMÓN AGUILAR RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
LIC. FERMÍN ORTIZ CABRERA	COORDINADOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	

Fin del Acta.----------

UNIDADES MOVILES EL DORADO SA DE CV			
No.	**Renglón/Referencia**	**Pregunta**	**Respuesta**
1.	NUMERAL 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR PROPUESTA TECNICAPUNTO 14 DE LOS ENTREGABLES SOLICITAN: "Original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los equipo médicos	Solicitamos a la convocante sean aceptados: Original o copia de los catalogos o fichas técnicas de los fabricantes o distribuidores de los equipos médicos.	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.
2.	ANEXO 1 TECNICO PAGINA 24 PARA EL VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA MENCIONAN : ISO, CE, REGISTRO SANITARIO Y FDA	Se solicita a la convocante poder presentar aparte del registro sanitario, cualquiera de los tres certificados de calidad internacional (CE, ISO, FDA) En cumplimiento con lo señalado. Es aceptada nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.
3.	ANEXO 1 TECNICO SOLICITAN: UNIDADES NUEVAS AÑO MODELO 2018 • MOTOR 3.6L, 24V VVT. • 6 CILINDROS. • POTENCIA 280 CF @ 6,400 RPM. • TORQUE 260 LB-PIE @ 4,175 RPM. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. • TRACCIÓN DELANTERA. • DIRECCIÓN HIDRÁULICA. • SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON STRUT. • SUSPENSIÓN TRASERA HOTCHKISS.	Con el fin de no limitar la participacion de los licitantes, se solicita a la convocante sea aceptada: UNIDAD NUEVA AÑO 2018 Motor 3.7L. Ti-VCT V6 Potencia 275hp@6000rpm Torque 260 lb-pie@1500rpm Transmisión automática electrónica de 6 velocidades con SelectShift Tracción trasera Relación de eje delantero 4.1	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.

UNIDADES MOVILES EL DORADO SA DE CV			
	• ALTERNADOR 220 AMP. • PESO BRUTO VEHICULAR 4,037 KGS. • PESO VEHICULAR 2,165 KGS. • CAPACIDAD DE CARGA 1,872 KGS. • CAPACIDAD DE ARRASTRE 2,313 KGS. **DIMENSIONES EXTERIORES:** • LONGITUD TOTAL 5,413 MM. • ANCHO DE CARROCERÍA 2,050 MM. • ALTURA TOTAL 2,254 MM. • DISTANCIA ENTRE EJES 3450 MM. **DIMENSIONES DEL ÁREA DE CARGA:** • LONGITUD 3,124 MM. • ANCHO 1,864 MM. • ALTURA 1,930 MM. • ALTURA PARA CARGA DEL PISO 533 MM. • PUERTA TRASERA ANCHO/ALTO 1,575 / 1,778 MM. • PUERTA LATERAL ANCHO/ALTO 1,245 / 1,778 MM. • BOLSAS DE AIRE FRONTALES. • CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD. • SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN. • CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD. • SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE	CAPACIDADES: Peso bruto vehicular 4,100kg. Numero de pasajeros: 2 Capacidad de carga 1,900kg. Volumen de carga 10.1 m3 Tanque de combustible de 100L. Alternador de 220Amp. Batería de 12v. 72 amp./hr. Suspensión delantera independiente McPherson, con barra estabilizadora y amortiguadores SUSPENSION: Suspensión trasera de eje rígido con muelles y amortiguadores de trabajo pesado LLANTAS: Rin de acero 16'' llanta sencilla llantas 235 65 R16 BSW tyre EQUIPAMIENTO EXTERIOR: Defensa delantera y trasera en plástico color gris Parrilla de plástico en color negro Luz de freno trasera central en parte alta Espejos de brazo corto abatibles con espejo convexo Apertura de puertas trasera de 18 grados Puerta lateral deslizable trasera del lado del pasajero tapacubos	

UNIDADES MOVILES EL DORADO SA DE CV			
	LLANTAS. • SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO. • BOLSAS DE AIRE LATERALES (EN ASIENTO). • BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA. • SISTEMA ANTIRROBO (ALARMA). • ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE. • FRENOS TRASEROS DE DISCO. • FRENOS ABS. • AIRE ACONDICIONADO. • ASIENTO BUTACA TELA. • AJUSTE DE ALTURA ASIENTO DE CONDUCTOR. • CRISTALES ELÉCTRICOS. • DEFENSA (FASCIA) DELANTERA DE TRES PIEZAS. • ESPEJOS MANUALES ABATIBLES. • LÁMPARA EXTERIOR DE CARGA. • PREPARACION PARA RADIO. • 4 BOCINAS. • RIN 115/112R NEXEN ROADIAN CT8 HL. • SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS. • PUERTAS TRASERAS CON APERTURA DE 260°. • LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA. • CERRADO REMOTO DE PUERTAS. • VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. • GUANTERA CON LLAVE.	Limpiaparabrisas (delanteros de dos velocidades con lavado eléctrico INTERIOR: Cámara de reversa en espejo retrovisor Asientos delanteros en tela, (De conductor con ajuste manual de 6 posiciones) Tablero de instrumentos al color del interior con guantera y compartimientos de almacenaje Computadora de viaje Toldo parcial con interior en tela al color de la vestidura y luz interior con ahorrador de batería de 30 minutos Vestiduras de puertas de plástico al color del interior con porta mapas Atenuador de luz de cortesía delantera Seguros de puerta eléctricos con control remoto y cierre centralizado Cubierta de piso de vinil en cabina Consola portaobjetos montado en techo Cinturones de tres puntos para todos los pasajeros Viseras (conductor y pasajero) Volante color negro con ajuste telescópico y de altura FUNCIONAL: Aire acondicionado frontal Frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo (ABS) Programa electrónico de estabilidad (ESP)	

UNIDADES MOVILES EL DORADO SA DE CV			
	• PUERTO DE CARGA USB. **PAQUETE AMBULANCIA ORIGINAL DE PLANTA:** 1. PREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO 2. VENTANAS TRASERAS CON DEFROSTER 3. PREPARACION DE INTERFASE DE CONEXIÓNES 4. PUERTA LATERAL CON VENTANA 5. LLAVE DE VALET 6. ASIENTO DOBLE COPILOTO 7. MAMPARA DIVISORIA CON VENTANA DESLIZABLE	Control de tracción (TC) Sistema adaptativo de carga (LAC) Sistema de distribución de frenado (EBD) Sistema electrónico de asistencia de frenado(EBA) Sistema para arranque en pendientes Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero Radio AM/FM con 4 bocinas y entrada auxiliar toma auxiliar de corriente de 12v. **ES ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA?**	
4.	En el Punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Tecnica señalan una serie de ENTREGABLES en el cual el **Numero 11** señala : Presentar Carta original del fabricante del CHASIS en hoja membretada, señalando que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes de la marca que oferta y que cuenta con respaldo para entrega, garantía y servicio. Debiendo contar con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 de Estados, debiendo anexar domicilios y teléfonos de estos centros de servicio lo cual	Con la finalidad de proteger las condiciones optimas de funcionamiento de las Ambulancias y sus equipos, objeto de la presente Licitacion, asi como se pide carta para el fabircante del chasis, solicitamos tambien sea requerida carta original notariada del fabricante del equipo de advertencia en hoja membretada, señalando que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes de la marca que oferta y que cuenta con respaldo para entrega, garantía y servicio, debiendo contar con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 estados, debiendo anexar domicilios y teléfonos de estos centros de servicio, lo cual será verificado para poder asegurar el buen funcionamiento y servicio de los	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a las bases.

UNIDADES MOVILES EL DORADO SA DE CV			
	será verificado para poder asegurar el buen funcionamiento y servicio de los Equipos.	equipos. **ES ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA?**	
5.	En el Punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Tecnica señalan una serie de ENTREGABLES en el cual el **Numero 13** señala : Presentar carta bajo protesta de decir verdad expedida por el participante donde este manifieste que cuenta con un taller acreditado y autorizado de la marca en la zona metropolitana de Guadalajara, con el fin de poder otorgar a las Ambulancias servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de manera rápida, señalando domicilio del mismo, firmada por el representante legal., deberá contar con personal calificado y capacitado para atender cualquier situación que surgiera de la conversión de las ambulancias.	Con la finalidad de proteger las condiciones optimas de funcionamiento de las Ambulancias, objeto de la presente Licitacion, solicitamos sea requerida una carta en original del FABRICANTE DE LAS AMBULANCIAS donde este manifieste que cuenta con un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara a nombre precisamente de la empresa fabricante de las Ambulancias y que se constate por cualquier documento oficial el que dicho taller no sea de reciente creacion es decir que al menos tenga 3 años de establecido en la zona. **ES ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA?**	Se acepta su propuesta, para validar que no sea de reciente creación se solicita que el taller lo acredite mediante constancia de situación fiscal y/o licencia municipal.

PLASENCIA GUADALAJARA SA de CV			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDAD: pag. 1	PARA FAVORECER LA LIBRE COMPETENCIA SOLICITAMOS NOS PERMITAN PARTICIPAR CON UNA UNIDAD SIMILAR A LA SOLICITADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TREN MOTRIZ: Motor 3.7L. Ti-VCT V6 Potencia 275hp@6000rpm Torque 260 lb-pie@1500rpm Transmisión automática electrónica de 6 velocidades con SelectShift Tracción trasera Relación de eje delantero 4.1 CAPACIDADES: Peso bruto vehicular 4,100kg. Numero de pasajeros: 2 Capacidad de carga 1,900kg. Volumen de carga 10.1 m3 Tanque de combustible de 100L. Alternador de 220Amp. Batería de 12v. 72 amp./hr. SUSPENSION: Suspensión delantera independiente McPherson, con barra estabilizadora y amortiguadores Suspensión trasera de eje rígido con muelles y amortiguadores de trabajo pesado	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.

PLASENCIA GUADALAJARA SA de CV			
		Rin de acero 16´´ llanta sencilla llantas 235 65 R16 BSW EQUIPAMIENTO EXTERIOR: Defensa delantera y trasera en plástico color gris Parrilla de plástico en color negro Luz de freno trasera central en parte alta Espejos de brazo corto abatibles con espejo convexo Apertura de puertas trasera de 180 grados Puerta lateral deslizable del lado del pasajero tapacubos Limpiaparabrisas (delanteros de dos velocidades con lavado eléctrico) INTERIOR: Cámara de reversa en espejo retrovisor Asientos delanteros en tela, el del conductor con ajuste manual de 6 posiciones Tablero de instrumentos al color del interior con guantera y compartimientos de almacenaje Computadora de viaje Ahorrador de batería de 30 minutos Vestiduras de puertas de plástico al color del interior con porta mapas Atenuador de luz de cortesía delantera Seguros de puerta eléctricos con control remoto y cierre centralizado Cubierta de piso de vinil en cabina Cinturones de tres puntos para todos los pasajeros, con ajuste de altura Viseras conductor y pasajero Volante color negro con ajuste telescópico y de altura	

PLASENCIA GUADALAJARA SA de CV

		FUNCIONAL: Aire acondicionado frontal Frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo (ABS) Programa electrónico de estabilidad (ESP) Control de tracción (TC) Sistema adaptativo de carga (LAC) Sistema de distribución de frenado (EBD) Sistema electrónico de asistencia de frenado(EBA) Sistema para arranque en pendientes Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero Radio AM/FM con 4 bocinas y entrada auxiliar toma auxiliar de corriente de 12v. SE ACEPTA?	
2	LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR PROPUESTA TECNICA: NUMERAL 7.1 PUNTO 14 DE LOS ENTREGABLES SOLICITA: "Original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los equipos médicos	SOLICITAMOS A LA DEPENDENCIA CONVOCANTE PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA QUE SEAN ACEPTADOS: ORIGINAL O COPIA DE LOS CATALOGOS O FICHAS TÉCNICAS DE LOS FABRICANTES O DISTRIBUIDORES DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO QUE SE INCLUYA EN LA PROPUESTA. SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes
3	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO MEDICO: PAGINA 24 PARA EL VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA MENCIONAN : ISO, CE, REGISTRO SANITARIO Y FDA	PARA FACILITAR LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA SOLICITAMOS A LA DEPENDENCIA CONVOCANTE ACEPTE PRESENTAR ADEMAS DEL REGISTRO SANITARIO, CUALQUIERA DE LOS CERTIFICADOS QUE MENCIONAN (CE, ISO,.FDA) SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.

CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV			
No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Dentro de las especificaciones técnicas del equipamiento, normas y certificaciones ejemplo: ISO 9001:2018, etc. Como un PLUS, pero se pueden ofertar ambulancias con todas las características solicitadas, pero que pudieran no tener alguna norma o certicifión, pero con las calidad y garantía similar a las que pudieran ofrecer otros proveedores favor de aceptar.	No se acepta su propuesta, deberá presentar los certificados y normas solicitadas de acuerdo al Anexo 1.
2.	Punto 19 Anticipos	Por cuestiones financieras y en caso de resultar adjudicados, pudieran proporcionarnos un anticipo inicial de al menos el 30% para poder solventar todo el proceso de entrega de unidades, favor de aceptar	No se acepta su propuesta.
3.		Solicitarán el balizamiento de las unidades, o eso se realizará por separado ¿favor de aclarar?	Si y es de acuerdo al anexo 1

GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
No.	**Renglón/Referencia**	**Pregunta**	**Respuesta**
1.	Pag.19 Punto 15	Documentos propuesta técnica 14 Solicitan original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los Equipos médicos, solicitamos a la convocante nos permita presentar impresiones de los catálogos dado que muchas empresas de equipo médico manejan sus catálogos de manera digital, se acepta?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes
2.	Pág. 19 Punto 7.1.1	Documentos adicionales propuesta técnica Solicitan copia certificada del ISO-9001:2015 del fabricante de las Ambulancias que se encuentre vigente con alcance para el proceso de diseño, fabricación y servicio post-venta de ambulancias y unidades móviles especializadas, Hacemos de su conocimiento que la norma ISO no garantiza la calidad de su producto final o el cumplimiento de las normas internaciones, el ISO 9001 solo certifica, "procesos" los cuales son diseñados y establecidos por la misma empresa fabricante, es decir, una empresa certificada ISO está cumpliendo con sus propios procesos previamente establecidos, pero en ningún momento con procedimiento o estándares de calidad o cumplimiento a normas de referencia nacionales y/o internacionales,para no limitar nuestra participación, solicitamos aceptar que se entreguen certificados, en cumplimiento de la norma internacional KKK-	No se acepta su propuesta, ya que la norma KKK-A-1822F que desean presentar es una norma de los Estados Unidos de America y no aplica para Mexico.

GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
		A-1822F, que es la reguladora de ambulancias, para los procesos de fabricación, desempeños y calidad de las mismas, lo cual dará real garantía a la Convocante de que sus unidades serán fabricadas con estricta calidad, se acepta?.	
3.	Pag.30 Punto 16.2	Condiciones de entrega Indican que el licitante adjudicado deberá entregar copia legible de la licencia y la vigencia del BIEN a entregar y deberá corresponder al que señale en su propuesta técnica, solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con licencia y vigencia del bien.	El inciso e) del punto 16.2 queda sin efecto en el presente proceso.
4.	Pág. 19 Punto 16	Documentos propuesta técnica 16 Presentar copia legible de los registros sanitarios y certificados de calidad de acuerdo al Equipamiento Médico solicitado en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÈCNICAS, solicitamos sea eliminado este requisito debido a que están adquiriendo ambulancias y no específicamente quipos médicos, se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá presentar los certificados y normas solicitadas de acuerdo al Anexo 1.
5.	Anexo 1	Favor de indicar a que se refieren con paquete ambulancia original de planta.	Dichas especificaiones estan claramente mencionadas dentro del Anexo I,
6.	Anexo 1	Favor de aclarar a que se refieren con preparación de interfase de conexiones.	Sistema del vehiculo que permite interconectar los equipos y accesorios

GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
			electricos de la conversion.
7.	Anexo 1	A que se refieren con llave de valet?	Llave adicional a las originales y repuesto del vehiculo.
8.	Anexo 1	Sugerimos que el asiento del copiloto sea solo uno para permitir colocar una puerta deslizable entre el área de conducción y el área de atención con ventana deslizable	Apegarse al anexo tecnico, en los requerimientos NO se solicita puerta deslizable.
9.	Anexo 1	Sugerimos los gabinetes interiores fabricados de madera tratada contra la humedad y forrada de formaica en color claro, este tipo de muebles son más resistentes que los paneles plastificados solicitados	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los participantes.
10.	Anexo 1	Solicitamos nos permitan ofertare una unidad con puerta trasera ancho/ alto de 1,245/ 1,524 mm, se acepta?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los participantes.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			
No.	**Renglón/Referencia**	**Pregunta**	**Respuesta**
1	7.1 Lineamientos para presentar la propuesta técnica. Entregable 11.	Solicitan: "Carta original del fabricante del **CHASIS** en hoja membretada, señalando que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes de la marca que oferta y que cuenta con respaldo para entrega, garantía y servicio. Debiendo contar con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 de Estados, debiendo anexar domicilios y teléfonos de estos centros de servicio lo cual será verificado para poder asegurar el buen funcionamiento y servicio de **los Equipos**". Entendemos que esta carta debe ser del fabricante del equipo de señalización y advertencia, es correcta nuestra apreciación?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las bases.
2	7.1 Lineamientos para presentar la propuesta técnica. Entregable 13.	Solicito atentamente nos acepten presentar carta de nuestra planta armadora en la que mencione a todos los distribuidores autorizados de la marca en Guadalajara, Jalisco. Cabe mencionar que todos los distribuidores autorizados están obligados a dar el servicio de post-venta. Lo anteriormente solicitado es con la finalidad de no limitar la libre participación de los oferentes interesados, y así poder tener mejores adquisiciones para el Estado.	Debera presentar carta original de acuerdo a lo solicitado en el entregable 13.
3	Anexo 1. Especificaciones técnicas. Partidas 1 y 2.	Para el equipo de señalización visual, auditiva y de comunicación, solicitamos de la manera más atenta, que se requiera presentar copia del documento correspondiente de la Norma SAE, esto con la finalidad de no permitir la entrada de equipos asiáticos. Favor de considerar.	Se acepta su solicitud, ya que Dicho documento ya es un requisito dentro del anexo 1 tecnico de las presentes bases.

ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.			
No.	**Renglón/Referencia**	**Pregunta**	**Respuesta**
1.	REF. 16.2 INCISO A	REFERENTE AL PLAZO DE ENTREGA LA CONVOCANTE SEÑALA 60 DIAS POR MOTIVOS DE LA INSTALACION Y ADAPTACIONES DE CIERTOS EQUIPOS EN LAS AMBULANCIAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS CONCEDA 75 DIAS	No se acepta su propuesta.
2.	REF. 19 UNICO RENGLON	LA CONVOCANTE MENCIONA EN LAS BASES QUE NO HAY UN ANTICIPO. POR FAVOR SE PODRIA SER FLEXIBLE EN SOLICITARLE UN 50% DE ANTICIPO? PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS INICIALES DE OPERACIÓN, O DAR ANTICIPOS CONTRA ENTREGAS PARCIALES?	No se acepta su propuesta.

AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.			
No.	**Renglón/Referencia**	**Pregunta**	**Respuesta**
1.	ANEXO TECNICO PAG. 1 DE 27 ULTIMO RENGLON EQUIPAMIENTO	En el último renglón de la columna de equipamiento mencionan "PAQUETE AMBULANCIA ORIGINAL DE PLANTA" Solicito amablemente a la convocante nos aclare a qué se refieren con esta mención.	Dichas especificaiones estan claramente mencionadas dentro del anexo I.

SyC Motors SA de CV			
No.	**Renglón/Referencia**	**Pregunta**	**Respuesta**
1.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Solicitan asiento doble copiloto, por cuestión de disponibilidad de nuestra planta armadora y para poder cumplir con los tiempos de entrega que indican en las bases, solicitamos nos acepte proponer asientos tipo butaca, cumpliendo de manera puntual con los demás aspectos técnicos de la unidad.	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.
2.	Punto No 19 Anticipo	Dado que se cuentan con los recursos de la presente licitación, solicitamos de manera antena sea considerada la posibilidad otorgar un anticipo del 50% del total de la propuestas.	No se acepta su propuesta.
3	Documentación Administrativas	Solicitan original de los catálogos o fichas técnicas del fabricante de los Equipos médicos, pedimos amablemente a la convocante aceptar catálogos impresos por cada licitante, se acepta?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.
4.	Documentación Administrativas	En el sobre de la propuesta técnica copia certificada del ISO-9001: 2015 del fabricante de las Ambulancias que se encuentre vigente con alcance para el proceso de diseño, fabricación y servicio post-venta de ambulancias y unidades móviles especializadas, solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito ya que es un documento que solo un licitante cumple	No se acepta su propuesta.

		por lo cual limita la libre participación y limitaría a la convocante analizar otras propuestas, se acepta?	
5.	Documentación Administrativas	En la propuesta técnica solicitan incluir copia legible de los registros sanitarios y certificados de calidad de acuerdo al Equipamiento Médico, solicitamos se elimine este requisito ya que son documentos que solo tienen distribuidores de equipo médico lo cual limita nuestra partición, se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá presentar los certificados y normas solicitadas de acuerdo al Anexo 1.
6.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Favor de aclarar a que se refieren con preparación de interfase de conexiones.	Sistema del vehiculo que permite interconectar los equipos y accesorios electricos de la conversion.
7.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Podemos ofertar un solo asiento de copiloto para poder colocar puerta con intersección entre área médica y cabina?	No se acepta su propuesta, ya que no se solicita puerta con interseccion entre area medica y cabina
8.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar muebles de madera forrados con formaica debido a que son más resistentes y su vida útil es más larga a comparación de muebles plastificados?	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para el resto de los participantes.
9.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Solicitamos nos permitan ofertar la colocación de la tabla rígida de acuerdo al diseño de cada fabricante, para no ver limitada la participación	Se acepta su propuesta sin ser limitante para el resto de los participantes.
10.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Entendemos que el asiento de RCP es de fabricación especial para este tipo de unidades, correcto?	Si es correcta su apreciación.
11.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	El sistema multiplexado que solicitan corresponde a una sola empresa lo cual le da una ventaja sobre los demás licitantes, solicitamos a la convocante ofertar el sistema multiplexado de acuerdo a las características de cada licitante, se acepta?	No se acepta su propuesta, apegarse a bases.
12.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Para no limitar nuestra participación solicitamos amablemente a la convocante ofertar inversor de corriente de acuerdo a cada licitante, se acepta?	Se acepta su propuesta.

13.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	La especificación de la torreta solicitada es la mínima a cumplir correcto?	Es correcta su apreciación.
14.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Solicitamos a la convocante ofertar sistema de luces de acuerdo al diseño de cada fabricante, se acepta?	No se acepta su propuesta, deberán apegarse a bases.
15.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Podrían indicarnos de que medida y color requieren Los 5 módulos de leds 3 leds	La medida es 89mm x 32mm y el color debera ser rojo.
16.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Entendemos las características de los equipos médicos son las mínimas a cumplir correcto por lo que podemos ofertar equipos con características superiores, correcto?	Es correcta su apreciación, las especificaciones señaladas son las mínimas requeridas para el equipo médico.
17.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Solicitamos nos permitan ofertar la ambulancia de acuerdo al diseño de cada fabricante	No se acepta su propuesta, deberan apegarse a lo solicitado en el anexo 1 (tecnico) de las presentes bases.
18.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Indican que la Iluminación exterior 6 módulos de 4 leds autodestellantes, sugerimosnos permitan ofertat 6 luces de leds de 3"x7" se acepta?	Se acepta su propuesta sin ser limitante para el resto de los participantes.
19.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Podria indicarnos que media será la La luz de escena trasera?	Cada participante podra ofertar la medida de sus modulos siempre y cuando cumplan con lo minimo requerido en las bases.
20.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Los equipos descritos se ofertarán por renglon o deben de cotizarse junto con el precio de la Ambulancia	Se cotiza junto con el precio de la ambulancia.
21.	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	solicitamos a la convocante nos proporcione el Anexo I especificaciones técnicas en Word para evitar omitir alguna información de lo solicitado	No se acepta su propuesta.

Aclaración de la convocante: con respecto al punto 11 de las bases, se acepta carta original del fabricante o distribuidor autorizado.