

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-045-18 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco" 2da Vuelta

a



SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

**ACTA DE JUNTA
ACLARATORIA DE BASES**

Fecha: 22 de Agosto de 2018 Hora: 14:00 Hrs.

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-045-18 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco" 2da Vuelta

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-045-18 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco" 2da Vuelta

a

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "glosario de términos y definiciones" descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 14:00 hrs. del día 22 de Agosto de 2018, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
 - a). Bienvenida
 - b). Mecánica de la sesión
 - c). Aclaraciones de la convocante
 - d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa	Representante
LINET DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Jorge Alberto Pulido Zavala
SANABRIA CORPORATIVO MÉDICO S.A. DE C.V.	Martín Rafael Pizano Lomelí

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-045-18 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco" 2da Vuelta



a
Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

- 2. A** El servidor público designado por el titular de la unidad centralizada de compras, cuyo nombramiento obra en el expediente respectivo, por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.
- 2. B** Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas realizadas, que se recibieron como se estableció en los puntos 2 y 6, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan en original a la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron las denominadas: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE S.A. DE C.V, LINET DE MEXICO S.A. DE C.V., MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. Y METROLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.
- 2. C Aclaraciones de la convocante.**

No hay aclaraciones de la CONVOCANTE.

La presente junta formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 punto 3 de la LEY.

Se da por terminada la sesión, siendo las 14:50 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

CONSTE.-----

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-045-18 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco" 2da Vuelta



a	
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LCP JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ	 LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES (ÁREA TÉCNICA/REQUIRENTE)	ING. BIOMÉDICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA (APOYO TÉCNICO AL ÁREA TÉCNICA / REQUIRENTE)
 DR. CHRISTIAN GÓMEZ CASTILLO	 BIOMÉDICO JOSÉ DANIEL ALCALÁ CORTES

Fin del Acta.-----

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssi.jalisco.gob.mx/transparencia>

LPL-43068001-045-2018 Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta" FECHA : 21 AGOSTO 2018

Nombre del licitante: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A DE C.V			
Consecutivo o Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	RENGLÓN 73	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. PUNTO: 5.- SOLICITAN PANTALLA TÁCTIL INTERCONSTRUIDA EN PIECERA, PARA CONTROL DE FUNCIONES DE LA CAMA Y DEL SISTEMA DE PESAJE, CON FUNCIONES DE BLOQUEO. NUESTRA TECNOLOGÍA, CUMPLE CON LO SOLICITADO, SIN EMBARGO, LA PANTALLA ESTÁ UBICADA EN UNO DE LOS BARANDALES LATERALES DERECHO; RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DE LA MISMA, SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
2.	RENGLÓN 73	PUNTO 17.1.-RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN QUE SOLICITAN, ENTENDEMOS QUE CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECÍFICA, POR LO QUE RESPETUOSAMENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA MISMA QUE SUPERA A LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE ES UN COLCHÓN VISCOELÁSTICO DISEÑADO PARA REDUCIR LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. SER ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
3.	RENGLÓN 73	PUNTO 17.3.- SOLICITAN QUE EL COLCHÓN PUEDA UBICARSE DE MANERA INDISTINTA (PIES Y CABEZA SOBRE LA CAMA). LO ANTERIOR, CORRESPONDEN A TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, MISMAS QUE NO CONTEMPLAN EL HECHO DE QUE EL CUERPO HUMANO EJERCE DIFERENTE PRESIÓN SOBRE LA SUPERFICIE, ES DECIR, TALONES, SACRO Y CABEZA. LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES ESTÁN PENSADAS PRECISAMENTE EL DISEÑO DE SUPERFICIES QUE LLEVEN A CABO UNA REDISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN, EVITANDO QUE EL PACIENTE SUFRA SECUELAS DE ÚLCERAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a circled 'R' on the right.

LPL-43068001-045-2018 Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta" FECHA : 21 AGOSTO 2018

		POR PRESIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTANDO ESTA TECNOLOGÍA ACTUAL SUPERANDO A LO SOLICITADO, SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	
--	--	---	--

Nombre del licitante: LINET DE MEXICO, S.A DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	1.1. Descripción del Proceso.	¿Es correcto entender que solo pueden participar en el presente proceso los licitantes que tengan su domicilio fiscal en el estado de Jalisco, sin importar la procedencia de los bienes que se ofertarán? ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO LOS BIENES QUE OFERTE PROVENGAN DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
2.	1.2. Objeto del Proceso.	Solicitamos a la convocante nos permita entregar los bienes que en su caso sean adjudicados en un plazo máximo de 60 días naturales posteriores al fallo, esto derivado del tiempo que se tarda la fabricación y la importación de los mismos. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. DEBERÁ ENTREGARSE COMO LO MARCA LAS BASES A MÁS TARDAR 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN
3.	Renglón 73 Cama para cuidados intensivos, punto 4.	Se entiende que en caso de que nuestro equipo ofrezca un control interconstruido con botón de bloqueo se cumple con la característica solicitada. ¿Es correcta nuestra apreciación?	NO, NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
4.	Renglón 73 Cama para cuidados intensivos, punto 7.	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo con sistema de elevación de pies mecánico, toda vez que esto no afecta el funcionamiento del equipo ni el cuidado del paciente. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
5.	Renglón 73 Cama para cuidados intensivos.	Se entiende que, al tratarse de un equipo destinado para un área intrahospitalaria, específicamente en una UCI, ya cuenta con alimentación grado médico por lo que solamente será necesario referenciar la tensión de alimentación para cumplir con este punto. ¿Es correcta nuestra apreciación?	NO, NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a circled signature on the right.

LPL-43068001-045-2018 Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta" FECHA : 21 AGOSTO 2018

Nombre del licitante: MEDICAL DIMEGAR, S.A DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	NUMERA L 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPOSTA TECNICA ENTREGABLE 18	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PERMITIR PRESENTAR UN COMPROBANTE DE TRAMITE DE LA LICENCIA MUNICIPAL. COMO LO ES EL RECIBO DE PAGO, EN CASO DE QUE LA CONSTANCIA ESTE PENDIENTE POR ENTREGARSE EN FISICO AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD

Nombre del licitante: METROLOGIA APLICADA, S.A DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	7. Lineamientos generales para la Proposición (La Propuesta Técnica y Económica)	A qué documento se refiere con la Copia de la Licencia Municipal vigente con domicilio en el estado de Jalisco, acorde al objeto de la presente licitación, si este documento limitará la participación de licitantes de otros estados, si esto es así, solicitamos al comité de Adquisiciones nos permita participar y en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a registrarnos.	Debido a que la presente Licitación es de alcance Local solo podrán participar empresas domiciliadas en el Estado de Jalisco de Conformidad al Artículo 55 fracción II de la LEY, que cuente con Copia de la Licencia Municipal vigente con domicilio en el estado de Jalisco, acorde al objeto de la presente licitación. Por lo cual No se acepta su solicitud

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, several smaller signatures in the center and right, and a circular stamp on the far right.