

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
"Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco"



## SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

# ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE BASES

Fecha: 05 de Septiembre de 2018 Hora: 12:00 Hrs.

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la "Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH,  
Sífilis y Tiras Reactivas para Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco"

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
"Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco"



Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "glosario de términos y definiciones" descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 hrs. del día 05 de Octubre de 2018, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
  - a). Bienvenida
  - b). Mecánica de la sesión
  - c). Aclaraciones de la convocante
  - d). Cierre del acto

**Punto 1. Registro de Participantes.**

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa	Representante
Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Jorge Ortega Romero
Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de C.V.	Belén Toscano Orozco
Marcas Especializadas en Diagnostico y Representaciones S.A. de C.V.	José Luis Hernández Montiel

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
"Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco"

**Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases**

- 2. A** El servidor público designado por el titular de la unidad centralizada de compras, cuyo nombramiento obra en el expediente respectivo, por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.
- 2. B** Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas realizadas, que se recibieron como se estableció en los puntos 2 y 6, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan en original a la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron las denominadas: PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V., CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V, DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP Y MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNÓSTICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

**2. C Aclaraciones de la convocante.**

**Aclaración 1**

Respecto al Renglón 1 clave 080.829.5463 Prueba Rápida Sífilis en Sangre Total del Anexo 1 Especificaciones Técnicas Se deberá ofertar 1 buffer por cada 10 pruebas.

**Aclaración 2**

Se ADICIONA ENTREGABLE NUMERO 12

Carta de apoyo del fabricante dirigida al comité de adquisiciones haciendo referencia al número de proceso, en el que especifique el número de partidas y/o renglones a los que otorga su apoyo para el presente proceso. Firmada por la persona legalmente facultada para ello. Si es fabricante Carta donde manifieste que es fabricante de los INSUMOS.

La presente junta formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 punto 3 de la LEY.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
"Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco"

2. D

Se da por terminada la sesión, siendo las 12:40 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

CONSTE.-----

<p>SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>  <p>LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ</p>	<p>DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>  <p>LCP JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ</p>
<p>COORDINADORA ESTATAL DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ÁREA TÉCNICA / REQUIRENTE)</p>  <p>DRA. MARGARITA MONDRAGÓN GALINDO</p>	<p>COORDINADOR DE DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL (COESIDA) (ÁREA TÉCNICA / REQUIRENTE)</p>  <p>DR. JORGE RAÚL SÁNCHEZ BIORATO</p>
<p>ADSCRITA AL SUBCONSEJO DE INVESTIGACIÓN (COESIDA) (ÁREA TÉCNICA / REQUIRENTE)</p>  <p>MTRA. TERESA LEAL VELASCO</p>	

Fin del Acta.-----

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

**Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente lga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page, with some additional scribbles below it.

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS JUNTA ACLARATORIA**

Fecha: 04 de Octubre de 2018

Nombre del PARTICIPANTE: Pasteur Health Care S.A. de C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	RESPUESTA
<p>1.</p>  	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Descripción detallada de la Clave</p>	<p>Entendemos que solicitan que las pruebas sean envasadas y selladas desde fabricación de manera individual cartucho o cassette de prueba y desecante, y dentro del empaque secundario (caja) estos casstes individuales, el buffer para muestras e instructivo de uso.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>No, no es correcta su apreciación.</p> <p>Deberán de estar envasada y sellada desde fabricación de manera individual, conteniendo cartucho o cassette de prueba, gotero y desecante. El empaque secundario deberá contener los cartuchos o cassette de pruebas (envasados y sellados desde fabricación de manera individual conteniendo cartucho o cassette de prueba, gotero y desecante), buffer para muestras e instructivo de uso.</p>
<p>2.</p> 	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Normatividad y Documentos de Cumplimiento</p>	<p>Entendemos que para acreditar el cumplimiento de las Normas Mexicanas NORMA ISO 13485-2016 Sistemas de Gestión de la Calidad de Equipos Médicos NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Se deberá presentar una carta “Bajo Protesta de Decir Verdad” del cumplimiento de la norma, firmada por el representante legal de la compañía participante.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>  

*Handwritten signature: Kimberly*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*


**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

3.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Normatividad y Documentos de Cumplimiento</p>	<p>Se solicita a la convocante nos permita entregar la Norma ISO 13485 como suplemento de la NOM-241-SSA1-2012 BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, ya que el insumo a ofertar es de origen extranjero esta NOM no aplica.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p><b>Si, se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
4.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita a la convocante amplie el tiempo de entrega a 45 días hábiles debido a que el insumo a ofertar es de origen extranjero y se deben considerar tiempos de fabricación, transporte e importación de los bienes.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p><b>No, no se acepta. El tiempo de entrega deberá ser como lo estipulan las BASES en el punto 1.2 , 30 Días naturales a partir del día siguiente del fallo de adjudicación</b></p>
5.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar caducidad mayor a 12 meses.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p><b>No, no se acepta su Propuesta, la caducidad deberá ser no menor a 18 meses al momento de la entrega del almacén como lo estipula el anexo 1</b></p>
6.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Consideraciones adicionales</p>	<p>Entendemos que la lanceta que debe contemplarse, puede ser entregada en una caja por separado</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>Sí, es correcta su apreciación.</b></p>
7.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita respetuosamente a la convocante poder ofertar una lanceta metálica, integrada a un cuerpo de plástico, calibre 30 G y punta de 3.25 mm, con protección individual. Para uso manual o adaptable a disparador automático que venga marcado alfanuméricamente. Lo anterior con la finalidad de que el área usuaria tenga un método preciso para toma de muestra de sangre y con ello se disminuyan las muestras insuficientes y como consecuencia de esto se desperdicien insumos para la salud y se obtengan resultados erróneos. ¿Se acepta?</p>	<p><b>No, no se acepta su propuesta, a fin de minimizar el riesgo biológico infeccioso por la manipulación del punzo cortante, apegarse a lo solicitado a bases.</b></p>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

8.	Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 Presentación	Entendemos que al solicitar como Presentación “Prueba” podrán ofertarse cajas con cualquier número de pruebas por kits.  ¿Es correcta nuestra apreciación?	<b>Si, es correcta la apreciación.</b>
9. 	Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Nombre Genérico	Se solicita respetuosamente a la convocante que los participantes oferten una prueba inmunocromatográfica para la detección cualitativa de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA), simultáneamente en suero, plasma o sangre total humana, y que sea de 3 líneas, la primera para HIV Tipo 1, la segunda para HIV Tipo 2 y la tercera como línea de Control, toda vez que esto representa una mejora tecnológica que reduce el tiempo de ventana, permitiendo la detección de anticuerpos anti VIH 1 y 2 en una etapa más temprana, beneficiando ampliamente la atención de los pacientes con una detección en el menor tiempo posible.  ¿Se acepta?	<b>Se acepta, sin ser limitante para lo demás participantes, siempre y cuando cumpla con el resto de características solicitadas en la Descripción detallada de la clave del Anexo 1</b>
10. 	Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Descripción detallada de la Clave	Entendemos que solicitan que las pruebas sean envasadas y selladas desde fabricación de manera individual cartucho o cassette de prueba y desecante, y dentro del empaque secundario (caja) estos casstes individuales, el buffer para muestras e instructivo de uso.  ¿Es correcta nuestra apreciación?	<b>No, no es correcta su apreciación.</b>  <b>Deberán de estar envasada y sellada desde fabricación de manera individual, conteniendo cartucho o cassette de prueba, gotero y desecante.</b> <b>El empaque secundario deberá contener los cartuchos o cassette de pruebas (envasados y sellados desde fabricación de manera individual conteniendo cartucho o cassette de prueba, gotero y desecante), buffer para muestras e instructivo de uso.</b>



**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

<p>11.</p>	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Normatividad y Documentos de Cumplimiento</p>	<p>Entendemos que para acreditar el cumplimiento de las Normas Mexicanas NORMA ISO 13485-2016 Sistemas de Gestión de la Calidad de Equipos Médicos NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Se deberá presentar una carta “Bajo Protesta de Decir Verdad” del cumplimiento de la norma, firmada por el representante legal de la compañía participante.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>Si, es correcta su apreciación.</b></p>
<p>12.</p>	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Normatividad y Documentos de Cumplimiento</p>	<p>Se solicita a la convocante nos permita entregar la Norma ISO 13485 como suplemento de la NOM-241-SSA1-2012 BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, ya que el insumo a ofertar es de origen extranjero esta NOM no aplica.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p><b>Si, se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
<p>13.</p>	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita a la convocante amplie el tiempo de entrega a 45 días hábiles debido a que el insumo a ofertar es de origen extranjero y se deben considerar tiempos de fabricación, transporte e importación de los bienes.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p><b>No, no se acepta. El tiempo de entrega deberá ser como lo estipulan las BASES en el punto 1.2 , 30 Días naturales a partir del día siguiente del fallo de adjudicación pta.</b></p>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center that appears to read "Kumbey", and several other signatures on the right.


**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

<p>14.</p>	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar caducidad mayor a 12 meses.  ¿Se acepta?</p>	<p>No, no se acepta su Propuesta, la caducidad deberá ser no menor a 18 meses al momento de la entrega del almacén como lo estipula el anexo 1.</p>
<p>15.</p> <p>D</p>	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Consideraciones adicionales</p>	<p>Entendemos que la lanceta que debe contemplarse, puede ser entregada en una caja por separado  ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Si, es correcta su apreciación.</p>
<p>16.</p>	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita respetuosamente a la convocante poder ofertar una lanceta metálica, integrada a un cuerpo de plástico, calibre 30 G y punta de 3.25 mm, con protección individual. Para uso manual o adaptable a disparador automático que venga marcado alfanuméricamente. Lo anterior con la finalidad de que el área usuaria tenga un método preciso para toma de muestra de sangre y con ello se disminuyan las muestras insuficientes y como consecuencia de esto se desperdicien insumos para la salud y se obtengan resultados erróneos.  ¿Se acepta?</p>	<p>No, no se acepta su propuesta, a fin de minimizar el riesgo biológico infeccioso por la manipulación del punzo cortante, solicitamos apegarse a bases.</p>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature that says "Kimberly", and several other scribbles and initials.

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

<p>17.</p>	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 Presentación</p>	<p>Entendemos que al solicitar como Presentación “Prueba” podrán ofertarse cajas con cualquier número de pruebas por kits.  ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>Sí, es correcta la apreciación.</b></p>
<p>18.</p> 	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 3 Normatividad y Documentos de Cumplimiento</p>	<p>Entendemos que para acreditar el cumplimiento de las Normas Mexicanas NORMA ISO 13485-2016 Sistemas de Gestión de la Calidad de Equipos Médicos NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. NORMA Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012 BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN.  Se deberá presentar una carta “Bajo Protesta de Decir Verdad” del cumplimiento de la norma, firmada por el representante legal de la compañía participante.  ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>Si, es correcta su apreciación.</b></p>
<p>19.</p> 	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 3 Normatividad y Documentos de Cumplimiento</p>	<p>Se solicita a la convocante nos permita entregar la Norma ISO 13485 como suplemento de la NOM-241-SSA1-2012 BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, ya que el insumo a ofertar es de origen extranjero esta NOM no aplica.  ¿Se acepta?</p>	<p><b>Si, se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

20.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón3 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita a la convocante amplie el tiempo de entrega a 45 días hábiles debido a que el insumo a ofertar es de origen extranjero y se deben considerar tiempos de fabricación, transporte e importación de los bienes.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>No, no se acepta. El tiempo de entrega deberá ser como lo estipulan las BASES en el punto 1.2 , 30 Días naturales a partir del día siguiente del fallo de adjudicación .</p>
21.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 3 Consideraciones adicionales</p>	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar caducidad mayor a 12 meses.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>No, no se acepta su Propuesta, la caducidad deberá ser no menor a 18 meses al momento de la entrega del almacén como lo estipula el anexo 1</p>
22.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 1 CLAVE 080.829.5463</p>	<p>Para el caso cuando el licitante sea Distribuidor. Se deberá presentar carta de apoyo de Fabricante y del titular del registro sanitario (Prueba Rápida de Sífilis y Lancetas) con referencia a la Licitación: 43068001-054-18, expedida en papel membretado por parte del fabricante en original y copia del poder notarial de quien suscriba la carta de apoyo, anexando copia simple de identificación oficial con fotografía y firma.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>No, no es correcto. Referirse a la Aclaración 2 de la CONVOCANTE</p>
23.	<p>Anexo 1. Especificaciones Tecnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 2 CLAVE 080.829.5336</p>	<p>Para el caso cuando el licitante sea Distribuidor. Se deberá presentar carta de apoyo de Fabricante y del titular del registro sanitario (prueba rápida para VIH y lancetas), con referencia a la Licitación: 43068001-054-18, expedida en papel membretado por parte del fabricante en original y copia del poder notarial de quien suscriba la carta de apoyo, anexando copia simple de identificación oficial con fotografía y firma.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>No, no es correcto. Referirse a la Aclaración 2 de la CONVOCANTE</p>


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

24.	Anexo 1. Especificaciones Técnicas LPL- 43069001-054- 2018 Renglón 3 CLAVE 122-140- 3494-00	Para el caso cuando el licitante sea Distribuidor. Se deberá presentar carta de apoyo del titular del registro sanitario con referencia a la Licitación: 43068001-054-18, expedida en papel membretado por parte del fabricante en original y copia del poder notarial de quien suscriba la carta de apoyo, anexando copia simple de identificación oficial con fotografía y firma. ¿Es correcto?	<b>No, no es correcto. Referirse a la Aclaración 2 de la CONVOCANTE</b>
25. 	Anexo 1. Especificaciones Técnicas LPL- 43069001-054- 2018 Clave: 080.829.5463 Clave: 080.829.5336 Clave: 122-140- 3494-00	Toda vez que el proceso de licitación es considerando la NORMA Oficial Mexicana NOM- 007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Es de gran importancia contar con el 100 % del abasto por lo que solicitamos que la asignación sea con la agrupación de las tres claves, ¿Se acepta?	<b>No, no se acepta.</b>

Nombre del PARTICIPANTE: CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	RESPUESTA
	Renglón # 1 Prueba Rápida Sífilis en Sangre Total. CLAVE. 080.829.5463	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA POR INMUNOCROMATOGRÁFICA EN CASSETTE PARA LA DETECCIÓN DE TODOS LOS ISOTIPOS DE ANTICUERPOS (IgG, IgM, IgA) CONTRA TREPONEMA PALLIDUM (SIFILIS) EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. PRUEBA DE UN SOLO PASO CON RESULTADOS RAPIDOS EN 10- 20 MINUTOS. PRUEBA CON UN METODO DE SANDWICH DIRECTO (Ag-Ab-Ag) Y UTILIZA ANTIGENOS RECOMBINANTES (17 Kd Y 15 Kd) EN LA ZONA DE CAPTURA. ALTA SENSIBILIDAD PARA IgM, SIFILIS PRIMARIA Y TARDIA. EVALUADA EN InDRE CON SENSIBILIDAD DE 95.1% Y ESPECIFICIDAD DE 98.5%; Y EVALUADA	<b>Se acepta, sin se limitante para lo demás participantes.</b>    

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

		EN CNTS CON SENSIBILIDAD DE 99.28% Y ESPECIFICIDAD DE 99.77%. PRUEBA INDIVIDUAL QUE CONTIENE: LANCETA RETRACTIL, BUFFER INDIVIDUAL EN TUBO CONICO DE 1.5ML, TOALLITA ALCOHOLADA, CURITA, PIPETA DE 20UL PARA TOMA EXACTA DE MUESTRA, E INSERTO GRAFICO QUE MUESTRE PASO A PASO LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA. KIT CON 1 PRUEBA INDIVIDUAL.	
	Renglón # 1 Prueba Rápida Sífilis en Sangre Total. CLAVE. 080.829.5463	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES DEBIDO A QUE EL PRODUCTO LLEGA A MÉXICO CON MENOS DE 24 MESES DE FABRICACIÓN DEBIDO A LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN Y ALMACENAJE POR PARTE DEL IMPORTADOR PRIMARIO.	Si, se acepta.
<i>D</i>	Renglón # 1 Prueba Rápida Sífilis en Sangre Total. CLAVE. 080.829.5463	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EN 45 DÍAS HABILES DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ES DE IMPORTACIÓN Y PARA GARANTIZAR LA MAYOR CADUCIDAD POSIBLE A LA CONVOCANTE.	No, no se acepta. E tiempo de entreg deberá ser como l estipulan las BASES e el punto 1.2 , 30 Día naturales a partir del dí siguiente del fallo d adjudicación .
<i>4.</i>	Renglón #2 Prueba Rápida para Detección de VIH 1 y VIH 2 en Sangre Total. CLAVE. 080.829.5356	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA EN CASSETTE PARA LA DETECCIÓN DIFERENCIAL Y CUALITATIVA DE TODOS LOS ISOTIPOS DE ANTICUERPOS (IgG, IgM, IgA) ESPECIFICOS DEL VIH-1, INCLUYENDO EL SUBTIPO O, Y VIH-2 SIMULTANEAMENTE EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL HUMANA. PRUEBA DE TERCERA GENERACION QUE UTILIZA EL METODO DE EMPAREDADO DIRECTO (Ag-Ab-Ag), DONDE LA CAPTURA DE ANTIGENOS PARA VIH-1 UTILIZA p24 Y gp41, Y PARA VIH-2 gp36. ALTA SENSIBILIDAD PARA IgM DURANTE LA ETAPA DE DETECCIÓN TEMPRANA. RESULTADO DIFERENCIADO ENTRE EL VIH-1 Y 2 POR LA FORMACION CLARA DE TRES BANDAS O LINEAS. TIEMPO DE LECTURA DE 10 A 20 MINUTOS PARA GARANTIZAR UN RESULTADO CLARO. EVALUADA POR EL INDRE CON	Se acepta, sin se limitante para lo demás participantes.

*Handwritten signatures and marks:*  
*4.*  
*Me 4 9*  
*Kamberly*  
*9*  
*9*

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
 “Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
 Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

		SENSIBILIDAD DE 100% Y ESPECIFICIDAD DE 99.2%. PRUEBA ENLISTADA DENTRO DE LAS PRUEBAS EVALUADAS POR LA OMS Y CUENTA CON DIVERSAS EVALUACIONES INTERNACIONALES QUE ACREDITAN SU CALIDAD Y DESEMPEÑO. PRUEBA INDIVIDUAL QUE CONTIENE: LANCETA RETRACTIL, BUFFER INDIVIDUAL EN TUBO CONICO DE 1.5ML, TOALLITA ALCOHOLADA, CURITA, PIPETA DE 20UL PARA TOMA EXACTA DE MUESTRA, E INSERTO GRAFICO QUE MUESTRE PASO A PASO LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA. KIT CON 1 PRUEBA INDIVIDUAL.	
5.	Renglón #2 Prueba Rápida para Detección de VIH 1 y VIH 2 en Sangre Total. CLAVE. 080.829.5356	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES DEBIDO A QUE EL PRODUCTO LLEGA A MÉXICO CON MENOS DE 24 MESES DE FABRICACIÓN DEBIDO A LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN Y ALMACENAJE POR PARTE DEL IMPORTADOR PRIMARIO.	Si, se acepta.
6	<i>B</i> Renglón #2 Prueba Rápida para Detección de VIH 1 y VIH 2 en Sangre Total. CLAVE. 080.829.5356.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EN 45 DÍAS HABILES DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ES DE IMPORTACIÓN Y PARA GARANTIZAR LA MAYOR CADUCIDAD POSIBLE A LA CONVOCANTE.	No, no se acepta. E tiempo de entreg deberá ser como l estipulan las BASES e el punto 1.2 , 30 Día naturales a partir del dí siguiente del fallo d adjudicación .
7.	Tiras Reactivas. Tiras reactivas para determinar, como mínimo 10 parámetros en orina: glucosa, bilirrubinas, cetonas, gravedad especifica, sangre, proteínas, urobilinogeno, nitritos, leucocitos. Frasco con 100 tiras. TATC CLAVE. 122-140-3494-00	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EN 45 DÍAS HABILES DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ES DE IMPORTACIÓN Y PARA GARANTIZAR LA MAYOR CADUCIDAD POSIBLE A LA CONVOCANTE.	No, no se acepta. E tiempo de entreg deberá ser como l estipulan las BASES e el punto 1.2 , 30 Día naturales a partir del dí siguiente del fallo d adjudicación .

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

**Nombre del PARTICIPANTE:**

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A de C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	RESPUESTA
1.	Entregable 9 Copia de Formato del Cofepris-04 a nombre del fabricante de los INSUMOS solicitados.	En referencia al formato Cofepris-04 es correcto entender que dicho documento se refiere a copia del registro sanitario vigente y/o solicitud de prórroga emitido por Cofepris. Para cumplir con este punto se deberá entender que se integrará copia dicho documento para cada partida. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Si, es correcta su apreciación.
2.	Entregable 10 Carta garantía contra vicios ocultos y derechos y defectos de fabricación formato 24 nombre del participante de los INSUMOS solicitados	Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione el formato 24 para la elaboración de la carta solicitada en el entregable 10. Favor de proporcionar	No la proporciona la CONVOCANTE. El Formato 24 se refiere a la carta de garantía contra vicios ocultos y defectos de fabricación que otorga el fabricante
3	ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, normatividad y documentación complementaria del renglón 1, 2 y 3	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las Normas de referencia mencionadas son de carácter informativo para el licitante y será suficiente presentar una carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes propuestos se apegan dichas Normas. Favor de aclarar	Si, será suficiente presentar carta bajo protesta de decir verdad que los INSUMOS propuestos cumplen con las normas de referencia.
4	Entregable 3	Es correcto entender que adicional al ANEXO 8 deberá presentar el original de la carta de apoyo solidario a nombre del licitante, emitida por el fabricante y/o su filial en México y/o importador primario indicando al renglón que se otorgue el respaldo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No, no es correcto. Referirse a la Aclaración 2 de la CONVOCANTE

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature that says "Kimberly", and several other illegible signatures and initials on the right side.

**“Licitación Pública Local No. LPL 43068001-054-18 para la  
“Adquisición de Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Tiras Reactivas para  
Orina, de 10 Parámetros, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”**

**Nombre del PARTICIPANTE:**

MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAG Y REP S.A. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	RESPUESTA
1.	.2	Se Acepta carta de Canje por los Meses de Caducidad	No, no se acepta.
2.	3	Se Acepta carta de Canje por los Meses de Caducidad	No, no se acepta.

**ACLARACIÓN 1 CONVOCANTE**

Respecto al Renglón 1 clave 080.829.5463 Prueba Rápida Sífilis en Sangre Total del Anexo 1 Especificaciones Técnicas Se deberá ofertar 1 buffer por cada 10 pruebas.

**ACLARACIÓN 2 CONVOCANTE**

Se ADICIONA ENTREGABLE NUMERO 12

Carta de apoyo del fabricante dirigida al comité de adquisiciones haciendo referencia al número de proceso, en el que especifique el número de partidas y/o renglones a los que otorga su apoyo para el presente proceso. Firmada por la persona legalmente facultada para ello. Si es fabricante Carta donde manifieste que es fabricante de los INSUMOS.